

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

ze dne 24. 06. 2024

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

INTRAVENÓZNÍ BEZPEČNOSTNÍ KANYLY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 2024

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupení: Mgr. Petr Studenovský, předseda představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2024-025286, které bylo dne 04.06.2024 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci Technická specifikace - jednorázové periferní intravenózní kanyly bezpečnostní požaduje tlakovou odolnost katetru do 21 bar u všech nabízených katetrů.

Z technického hlediska lze tuto odolnost obtížně splnit u běžných (nespecializovaných) periferních žilních kanyl s portem, kde tlakově limitujícím faktorem je port s uzávěrem. Z tohoto důvodu jsou pro účely vysokotlaké infuze běžně používány periferní venózní kanyly bez portu, které standardně vykazují vyšší tlakovou odolnost.

Na základě těchto skutečností předkládáme otázku, zda zadavatel v kategorii jednorázové periferní intravenózní kanyly bezpečnostní s portem nesníží požadovanou tlakovou odolnost do 3 bar.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel se na základě dodatečných zjištění rozhodl upravit požadavek na tlakovou odolnost poptávaných bezpečnostních intravenózních kanyl, a to následovně:

- tlaková odolnost u kanyl bezpečnostních bez portu do 21 bar
- tlaková odolnost u kanyl bezpečnostních s portem do 3 bar

Na základě ustanovení § 98 odst. 4 Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na den 09.07.2024 v 9:00 hod.

V Českých Budějovicích dne 24.06.2024

Hana Beznosková
Oddělení veřejných zakázek