

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

název veřejné zakázky	„Vybavení ORL ambulance Nemocnice Český Krumlov, a.s.“
zadavatel	Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov zastoupena: Mgr. Vojtěch Remeň, předseda představenstva MUDr. Dana Kopřivová, člen představenstva zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 IČ: 260 95 149

Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů:

Odpověď na vznesené dotazy pro veřejnou zakázku: „Vybavení ORL ambulance Nemocnice Český Krumlov, a.s.“

Dotaz č. 1

Může být zdroj na čelní světlo součástí centrálního světelného modulu?

Odpověď:

Požadována je přítomnost 3 integrovaných zdroje LED světla jako součást ORL vyšetřovací jednotky, kdy jeden slouží k připojení světlovodného kabelu pro čelní světlo a ostatní dva slouží k připojení světlovodných kabelů pro optiky.

Dotaz č. 2

Co znamená skleněný ovládací panel v kontextu ocelové konstrukce? Bude zadavatel akceptovat ovládací panel z rovnocenného vodotěsného, hygienicky nezávadného materiálu (plexi) se všemi požadovanými ovládacími prvky?

Odpověď:

Ano, ovládací panel může být z plexiskla.

Dotaz č. 3

Připouští zadavatel nabídku na bateriové světlo s držákem na unitu / čelní světlo na kabel je zastaralé řešení, které často způsobuje drobné nehody po opuštění pracoviště lékařem bez odložení světla z hlavy/?

Odpověď:

Ne. Bateriové světlo bez kabelu je samozřejmě vhodné např. na jednotlivá konziliární vyšetření mimo ORL ambulanci. Nicméně pro vyšetřování v ambulanci (např. 8 hod v kuse) preferujeme světlo na kabel, které je tak zcela nezávislé na pravidelném nabíjení. Čelní světlo na kabel nevnímáme jako zastaralé řešení, jsou takto řešeny starší i zcela nové ORL jednotky na fakultních ORL klinikách.

Dotaz č. 4

Připouští zadavatel hadice s antibakteriálním povrchem bez stříbrných vláken? V klinické praxi jsme se s uvedeným požadavkem za posledních 20 let nesetkali a není zřejmý jeho klinický význam pro provoz odsávání.

Odpověď:

Jsou kladeny maximální a moderní hygienické požadavky vedoucí omezení kolonizace a tvorby biofilmu patogeny na površích.

Dotaz č. 5

Připouští zadavatel rameno pro držáky atd. na pevném rameni – technologicky jednodušší, spolehlivější a především bezporuchové řešení?

Odpověď:

Ne, pro praktickou manipulaci se světlovodnými kabely, odsáváním apod. je výhodné otočné rameno.

Dotaz č. 6

Připouští zadavatel vyhřívání toulců na optiky bez plynulé regulace (s automatickým nastavením teploty ohřevu od výrobce)?

Odpověď:

Je preferována plynulá regulace.

Dotaz č. 7

Co znamená možnost dovybavení či rozšíření různých požadavků v budoucnosti-mají se již nyní zabudovat do nabídky (tzn. do unitu) související přípravné práce?

Odpověď:

Jedná se možnost případného rozšíření ORL jednotky a tedy rozšíření o případné další možnosti/vlastnosti, které budou kompatibilní se ORL jednotkou a nevyžadují složitou instalaci nebo výměnu celé ORL jednotky.

Dotaz č. 8

Připouští zadavatel lupenlaryngoskop s kratší pracovní délkou méně než 20 cm?

Odpověď:

Ne, vyšší pracovní délka je preferována mimo jiné z důvodů komfortnějšího vyšetření pro lékaře.

Dotaz č. 9

Připouští zadavatel nabídku na videolaryngoskop s jiným ergonomicky komfortním úchopem než pistolovým –/pistolový držák je nestandardní a diskriminační řešení, které používá minimum firem/?

Odpověď:

Pro videolaryngoskop jsou samozřejmě důležitější jiné parametry, jako minimální rozlišení, tloušťka apod. Pistolový držák se však v poslední době oblíbeným moderním řešením mezi ORL lékaři a je tak preferován.

Dotaz č. 10

Bude zadavatel akceptovat nabídku křesla s nosností vyšší než 150 kg? V současné době se množství pacientů s hmotností nad 150 kg rozšiřuje. Navrhujeme změnu technické specifikace na hodnotu nad 180 kg.

Odpověď:

Vyšší nosnost, než 150kg, je akceptována.

Dotaz č. 11

prosím o vložení servisního formuláře a předávací protokol.

Odpověď:

Přikládáme.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nezměnil zadávací dokumentaci takovým způsobem, že by mohlo dojít k rozšíření okruhu potenciálních uchazečů, tak se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 19.08. 2024 09:00.

.....
Vojtěch Remeň
Předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.