

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1** **ze dne 15. 8. 2024**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### **MRI skener 1,5 T včetně pozáručního „full“ servisu na 8 roků zadavatele**

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**  
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva  
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva  
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01  
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 29. 7. 2024 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2024-036383.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

#### **Dotaz č. 1:**

Pod “nutnými úpravami včetně chlazení” se jedná o dodávku nového autonomního chladicího vodního okruhu, který bude hlavním zdrojem vodního chlazení MR a který zároveň v případě nouzového stavu nebo poruchy bude schopen přepínání na stávající dvoustupňový systém zálohy chlazení realizovaný buď ze stávající centrální výkonné jednotky vodního chlazení nebo ze stávajících rozvodů pitné vody?

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

Zadavatel souhlasí – jedná se o přesně o popsané řešení autonomního chladicího systému.

#### **Dotaz č. 2:**

Pod “nutnými úpravami technické místnosti včetně chlazení” se jedná o dodávku nového vzduchového split – systému, který bude autonomně chladit sálavé teplo z technologických skříní umístěných v technické místnosti?

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**

Zadavatel souhlasí – tyto nutné úpravy technické místnosti zahrnují pouze uvedené splitové chlazení

#### **Dotaz č. 3:**

Pod “nutnými úpravami vyšetřovací místnosti včetně vzduchotechniky” se jedná o dodávku nových rozvodů vzduchotechnického potrubí a nové vzduchotechnické vyústky v prostoru vyšetřovací místnosti – stínící kabiny včetně jejich napojení na stávající vzduchotechnická potrubí umístěná vně stínící kabiny?

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:**

Zadavatel souhlasí – jedná se o propojení koncových prvků VZT, které jsou součástí dodávané kabiny se stávajícími VZT rozvody.

V Českých Budějovicích  
Dne 15. 8. 2024

Zdeňka Nigrinová  
oddělení veřejných zakázek