

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3**

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Veřejná zakázka:** „Operační stoly č. II“  
otevřené nadlimitní řízení  
Dodávky

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**  
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003  
IČO: 26095203  
DIČ: CZ699005400  
Profil zadavatele: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_208.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html)

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „Operační stoly č. II“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 10. 1. 2025 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, na jejíž základě poskytuje v zadávací lhůtě toto vysvětlení č. 3.

**DOTAZ 1:**

Zadavatel požaduje u systémového i mobilního operačního stolu: RTG transparentní operační deska umožňující kvalitní diagnostiku C-ramenem; požadován minimální rozměr šířky operační desky – mezi rámy op. desky - pro zajištění rtg transparence min. 380 mm v celé délce operační desky bez výjimky.

Dotaz: Na základě běžně dostupných informací a našich šetření neexistuje výrobce, který by nabízel požadovanou šířku mezi rámy 380 mm v celé délce desky bez výjimky a současně splnil všechny ostatní požadované parametry. Námí nabízené operační stoly renomovaného výrobce požadavek převyšují, avšak s výjimkou části desky nad sloupem operačního stolu, kde i navzdory dlouhému podélnému posuvu desky je snímkování obecně komplikovanější a běžně se neprovádí. V této oblasti je prostor mezi rámy operační desky 340 mm, což je, dle zkušeností z mnoha předních českých i světových pracovišť, stále naprosto dostačující. V praxi je pacient ukládán na modulární desku vždy tak, aby byl zajištěn co nejlepší přístup pro C-rameno a snímkováná oblast byla mimo sloup operačního stolu. Bude zadavatel akceptovat takovýto stůl?

**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel sděluje, že v návaznosti na dotaz žadatele přistoupil ke změně technické specifikace poptávaného zařízení. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel přistoupil k úpravě požadavku u operačního stolu systémového i u operačního stolu mobilního „RTG transparentní operační deska umožňující kvalitní diagnostiku C-ramenem; požadován minimální rozměr šířky operační desky - mezi rámy op. desky - pro zajištění rtg transparence min. 380 mm v celé délce operační desky bez výjimky“ a nahrazuje ho novým popisem požadavků, které jsou nově uvedeny v příloze č. 1 ZD. Nový požadavek zní „RTG transparentní operační deska umožňující kvalitní diagnostiku C-ramenem; požadován minimální rozměr šířky operační desky - mezi rámy op. desky - pro zajištění rtg transparence min. 380 mm v celé délce operační desky s výjimkou části desky nad sloupem operačního stolu, kde je požadován minimální rozměr šířky operační desky – pro zajištění rtg transparence min. 340 mm“.

Zadavatel, jako součást tohoto vysvětlení, činí opravenou technickou specifikaci požadovaného plnění, kterou rovněž zveřejňuje na profilu zadavatele. Zadavatel sděluje účastníkům, že při svých nabídkách jsou povinni řídit se touto opravenou technickou specifikací.

**S ohledem na obsah podaného vysvětlení je zadavatel povinen prodloužit lhůtu k podání nabídek o celou její délku. Zadavatel stanovuje nový termín pro podání nabídek, a to dne 17. 2. 2025 do 10:00 hod.**

V Táboře dne 14. 1. 2025

---