

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 17. 1. 2025

**k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Pojízdný skiagrafický přístroj“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V příloze č.1 – Technická specifikace je dotaz Váha přístroje maximálně 450 kg

Bude zadavatel akceptovat zařízení špičkové kvality, jež většinu ostatních technických parametrů převyšuje a jehož výrobce má v oblasti radiodiagnostiky dlouholeté zkušenosti, kdy váha přístroje je 520 kg.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že z důvodu dodržení technických parametrů výtahů sloužících pro transport přístroje, trvá na svém požadavku, tzn. váhy přístroje maximálně 450 kg, uvedeném v Příloze č. 1 (Technická specifikace). Zadavatel tedy nebude akceptovat nabízené řešení.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel v příloze č.1 – Technická specifikace požaduje váhu přístroje maximálně 450 kg

Bude zadavatel akceptovat zařízení špičkové kvality, jež většinu ostatních technických parametrů převyšuje a jehož výrobce má v oblasti radiodiagnostiky dlouholeté zkušenosti, kdy váha přístroje je 520 kg. S ohledem na skutečnost, že přístroj je malých rozměrů a váhu přístroje převážně udávají baterie umístěné v podlaze přístroje, se jedná s ohledem na obratnost a stabilitu, o benefit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že z důvodu dodržení technických parametrů výtahů sloužících pro transport přístroje, trvá na svém požadavku, tzn. váhy přístroje maximálně 450 kg, uvedeném v Příloze č. 1 (Technická specifikace). Zadavatel tedy nebude akceptovat nabízené řešení.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva