



NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

Kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Operační stoly č. II“
otevřené nadlimitní řízení
Dodávky

Název: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ699005400
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „Operační stoly č. II“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 29. 1. 2025 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, na jejíž základě poskytuje v zadávací lhůtě toto vysvětlení č. 4.

DOTAZ 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: “Spodní mobilní základna s těsněním po celém obvodu základny zajišťujícím nezatékání kapalin pod systémovou základnu operačního stolu během výkonu (z hygienických důvodů)”

Dotaz: Dle našich dlouholetých zkušeností víme, že požadované řešení není zcela ideální, ačkoliv tak může na první pohled vypadat. V případě manipulace s celou základnou a jejím postavením na vlhkou podlahu (např. při sanitárním dni), je zamezeno úplnému vyschnutí podlahy (čímž vzniká ideální vlhké prostředí pro množení nežádoucích mikroorganismů) a navíc (i v případě podlahy suché) může dojít k efektu “přísavky”, kdy se stolem není možno manipulovat a může dojít k poškození podlahy. Bude zadavatel akceptovat stůl bez těsnění po celém obvodu?

ODPOVĚĎ:

Nikoliv, zadavatel trvá na svém požadavku “Spodní mobilní základna s těsněním po celém obvodu základny zajišťujícím nezatékání kapalin pod systémovou základnu operačního stolu během výkonu (z hygienických důvodů)”.

Shora uvedené vysvětlení nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Táboře dne 31. 1. 2025
