

VYSVĚTLENÍ / ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 5. 2. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Kardioangiografický přístroj s příslušenstvím pro hybridní operační sál Kardiocentra vč. komplexního pozáručního servisu na 8 roků

Evidenční číslo zakázky: Z2025-006843

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO: 26068877

Informace:

Zadavatel provedl úpravu přílohy P1ZD Technická specifikace tím, že **odstranil požadavky** na dodání těchto stativů: stativ chirurgický, stativ pro perfuzi a stativ anesteziologický.

Zadavatel poskytuje dodavatelům opravenou přílohu **P1ZD Technická specifikace_úprava 05022025** a žádá všechny dodavatele, aby za účelem podání nabídky použili výlučně tuto aktualizovanou přílohu.

Zadavatel **přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek**, a to do **11. 3. 2025 do 9:00 hodin**.

Přílohy:

- P1ZD Technická specifikace_úprava 05022025

V Českých Budějovicích dne 5. 2. 2025

Hana Beznosková
Oddělení veřejných zakázek