

## Příloha č. 1

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY**

na dodávky zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
– veřejná zakázka malého rozsahu

**„TECHNOLOGIE CENTRÁLNÍHO MÍCHÁNÍ DIALYZAČNÍHO KONCENTRÁTU“**

**Zadavatel** Nemocnice Strakonice, a.s.  
**Sídlo:** Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice  
**IČ:** 260 95 181  
**DIČ:** CZ 699005400  
**statutární zástupce:** MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas, MBA  
(email: [matas@nemst.cz](mailto:matas@nemst.cz) +420 728 784 906).

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále i „zakázka“**) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.
- 1.2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této technické specifikaci.
- 1.3. Zadavatel veřejnou zakázku realizuje prostřednictvím svého elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, který je současně jeho profilem zadavatele, na URL: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_207.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html), když výzvu k podání nabídek adresuje kvalifikovaným dodavatelům na základě jejich registrace v elektronickém nástroji zadavatele.

**2. Všeobecné podmínky**

- 2.1. Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.
- 2.2. Klasifikace předmětu zakázky

| Kód CPV    | Popis                     |
|------------|---------------------------|
| 33692800-5 | Dialyzační roztoky        |
| 33181100-3 | Přístroje pro hemodialýzu |

Předpokládaná cena: 1 750 000,- Kč bez DPH

### 3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro centrální míchání kyselé složky dialyzačního koncentrátu, za použití míchače koncentrátu, následné uskladnění v maximálně šesti střídavě používaných tancích a rozvod přes zařízení do integrovaného centrálního rozvodu koncentrátu až k dialyzačním monitorům. Minimální požadavky na dodávku technologie jsou uvedeny v příloze 06\_příloha č.6 – Technické parametry\_20252702 a v Příloze č. 7 - 07\_Půdorys 1.NP C\_podepsáno.

### 4. Doba a místo plnění

4.1. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do konce dubna 2025.

4.2. Předpokládaná realizace dodávky

- zahájení - 2Q 2025
- dokončení - do konce 3Q.2025.

4.3. Místem plnění je vestavba ve strojovně VZT, v suterénu budovy N.O.R.D. NS, a.s.

### 5. Lhůta pro podání nabídek

5.1. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne **20.03.2025 10:00 hodin**.

5.2. Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě písemně v elektronickém nástroji zadavatele pro zadávání veřejných zakázek na URL: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_207.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html) a to ve vazbě na zadavatelem odeslanou výzvu k podání nabídek jednotlivým dodavatelům v tomto nástroji.

5.3. Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_207.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html).

5.4. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

5.5. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

5.6. Nabídka bude podána v českém jazyce.

5.7. Účastník může podat pouze jednu nabídku, v elektronické podobě.

### 6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

6.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

### 7. Technická specifikace

7.1. Technická specifikace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují tyto přílohy /v elektronické podobě/:

- Příloha č. 1 - Technické specifikace předmětu zakázky\_20252702  
Příloha č. 2 - Krycí list\_20252702  
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení\_20252702  
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení kvalifikace\_20252702\_final  
Příloha č. 5 - Kupní smlouva\_vzor\_20092024\_final na 12 týdnů  
Příloha č. 6 - Technické parametry\_20252702  
Příloha č. 7 - 07\_Půdorys 1.NP C\_podepsáno

- 7.2. Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.
- 7.3. Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.
- 7.4. Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, **jedná se o vymezení předpokládaného standardu** a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
- 7.5. **Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.**

## 8. Způsob hodnocení nabídek

- 8.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle :

### **A) Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 70%**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny bez DPH za celý předmět plnění (definovanou výše v této zadávací dokumentaci).

Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Nabídky budou v rámci tohoto kritéria hodnocení hodnoceny metodou dle následujícího vzorce (výpočet pro získání počtu vážených bodů za toto kritérium):

$$\frac{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{hodnota hodnocené nabídky}} * 70$$

### **B) Technická úroveň nabízeného plnění – váha 30%**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit technickou úroveň nabízeného řešení dle níže uvedených vlastností přístroje. Hodnoty budou převzaty z nabídky účastníka, vyplněné Příloha č. 6 - Technické parametry\_20252702.

**a. Systém umožňuje propuštění namíchané dávky do zásobního tanku po přeměření externím hustoměrem**

Nesplňuje-li nabízený přístroj výše uvedený parametr, získává 0 bodů

Splňuje-li nabízený přístroj výše uvedený parametr, získává 15 bodů

**b. Velikost míchací dávky alespoň 750 litrů**

Dosahuje-li nabízený přístroj hodnoty parametru  $\leq 749$  l, získává 0 bodů

Dosahuje-li nabízený přístroj hodnoty parametru  $\geq 750$  l, získává 15 bodů

Každé nabízené zařízení může dle shora uvedených hodnotících kritérií získat maximálně 30 bodů. Body za jednotlivé parametry se sečtou, přičemž tímto bude stanoven počet bodů za toto subkritérium.

**8.2. Určení konečného pořadí nabídek**

Pořadí účastníků bude určeno na základě součtu dosažených bodů za jednotlivá kritéria hodnocení (**A a B** výše).

Nabídka s nejvyšším součtovým bodovým hodnocením je první v pořadí.

U bodového hodnocení bude vždy u kritéria hodnocení A provedeno zaokrouhlení na dvě desetinná místa dle pravidel zaokrouhlování.

Všichni účastníci zadávacího řízení budou o výsledku hodnocení nabídek (o výběru dodavatele) vyrozuměni prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel si tímto současně vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 53 odst. 5 zákona uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.

**8.3. Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (viz. Příloha č. 2)**

**9. Další podmínky**

- 9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.
- 9.2. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky.
- 9.3. Variantní řešení se nepřípouští.

Ve Strakonicih dne 27.02.2025.

.....

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 - Technické specifikace předmětu zakázky\_20252702
- Příloha č. 2 - Krycí list\_20252702
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení\_20252702
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení kvalifikace\_20252702\_final
- Příloha č. 5 - Kupní smlouva\_vzor\_20092024\_final na 12 týdnů
- Příloha č. 6 - Technické parametry\_20252702
- Příloha č. 7 - 07\_Půdorys 1.NP C\_podepsáno