

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Univerzální skiaskopicko/skiagrafická sklopná stěna s C-ramenem
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo:	Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
IČO:	260 95 181
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky „Obnova technologie - multifunkční skiaskopicko/skiagrafické sklopné stěny s C-ramenem“ je v bodě „Vyšetřovací stůl“ kromě jiného uveden požadavek:

- Motoricky nastavitelná výška stolu od podlahy vyšetřovny - min. od 70 cm do 1120 cm.

Dotaz: Chápe účastník správně, že se jedná o administrativní chybu zadavatele a správně má být uvedeno: Motoricky nastavitelná výška stolu od podlahy vyšetřovny v rozpětí min. od 70 cm do 112 cm ?

ODPOVĚĎ 1

Ano, jde o zjevnou chybu v psaní, kdy druhý parametr byl nedopatřením uveden v milimetrech. Správně je samozřejmě nastavení min. od 70 do 112 cm, jak píše tazatel ve své žádosti. Dodavatelé si parametr sami upraví nebo mohou při zpracování nabídky použít technickou specifikaci v příloze tohoto vysvětlení, kde parametr opravil zadavatel.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

Svazek 3 příloha č. 1 - Technická specifikace_vys1