

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 **ze dne 5. 6. 2025**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodávka sterilizačních kontejnerů na centrální operační sály

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 29. 5. 2025 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2025-029421.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

v návaznosti na zadávací dokumentaci si dovoluujeme požádat o vysvětlení požadavků týkajících se rozměrů sterilizačních kontejnerů.

Vzhledem k technickým odchylkám mezi jednotlivými výrobci sterilizačních kontejnerů si dovoluujeme požádat o informaci, zda budou při posouzení nabídek akceptovány kontejnery, jejichž rozměry spadají do následujících tolerančních rozsahů:

Požadovaný rozměr (d × š × v) / Posuzovaný toleranční rozsah (d × š × v)

300 × 300 × 160 mm / 270–310 × 270–310 × 130–170 mm

600 × 300 × 160 mm / 590–610 × 270–310 × 130–170 mm

310 × 189 × 90 mm / 300–330 × 180–200 × 90–110 mm

600 × 300 × 210 mm / 590–610 × 270–310 × 180–220 mm

Uvedené rozměry zohledňují běžné výrobní tolerance a zároveň odpovídají požadavkům na funkčnost, objem a kompatibilitu se sterilizačními procesy. Zároveň jsou v souladu s příslušnými technickými normami, jako např. ČSN EN ISO 11607-1 a 2, ČSN EN 868-8 a DIN 58953-9.

Prosíme o potvrzení, zda budou výše uvedené rozsahy rozměrů považovány za vyhovující pro účely plnění veřejné zakázky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel požaduje dodržení zadaných rozměrů z důvodů skladové kompatibility. Zakázka doplňuje cca 30 % stávajícího počtu kontejnerů. Jiný rozměr neumožní bezpečné ukládání kontejnerů na sebe během manipulačních a skladovacích procesů na centrální sterilizaci a operačních sálech.

V Českých Budějovicích, dne 5. 6. 2025

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek