

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 **ze dne 12. 6. 2025**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodávka sterilizačních kontejnerů na centrální operační sály

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 29. 5. 2025 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2025-029421.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si požádat o upřesnění, zda požadujete dodání standardizovaných rozměrů dle DIN formátů 1/1, 1/2 a 3/4, nebo konkrétní rozměry, např. 300×300×160 mm. Dovolujeme si upozornit, že rozměr 300×300 mm neodpovídá žádnému standardizovanému formátu DIN 1/1.

V případě, že má být dodávka realizována v souladu s následujícími normami:
ČSN EN ISO 11607 (část 1 a 2),
ČSN EN 868 (část 8),
DIN 58953 (část 9),
MDD 93/42/EHS nebo Nařízení (EU) 2017/745 pro zdravotnické prostředky třídy I,

pak všechny standardizované formáty DIN 1/1, 1/2 a 3/4 těmto požadavkům odpovídají a zároveň umožňují bezpečné a efektivní stohování během manipulace a skladování v prostředí centrální sterilizace a na operačních sálech i ve spojení s jinými modely.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel má za to, že uvedení rozměrů v zadávací dokumentaci nijak nekoliduje s uvedenými normami. Vycházejí z 1 STJ, která je jasně definována zadanými rozměry – proto jsou v závorce uvedeny, aby byla vyloučena veškerá pochybnost. Povinností zadavatele, jako řádného hospodáře, je zajistit plnou kompatibilitu s veškerým stávajícím vybavením tak, aby předešel případným provozním kolizím.

Zadavatel disponuje kompletním vybavením od dezinfektorů a autoklávů, přes veškeré skladové vybavení až po logistické prvky a mobiliář. Nemůže tak být vystaven situaci, která by vedla k narušení dlouhodobě nastavených procesů. Pokud uchazeč nespochybnitelně prokáže plnou kompatibilitu s veškerými prvky stávajícího provozu, a především rozměrovou koncepcí 1 STJ, tak lze připustit rozměrové odchylky v rozsahu +/- 5 %.

Zároveň zadavatel upozorňuje na bezpodmínečné splnění parametrů uvedených v Příloze č. 2 Technická specifikace, včetně plastového víka umožňujícího hromadné čtení nástrojů označených RFID čipy v uzavřeném kontejneru.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek a to do 1. 7. 2025 do 9:00 hodin.

V Českých Budějovicích, dne 12. 6. 2025

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek