

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
ze dne 21. 08. 2025**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Kyčelní implantáty 2025

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů („ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o
zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky
Z2025-033951.

Dotaz č. 1

V ZD je v bodě 4.5. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE NA VARIANTY KYČLENÍCH IMPLANTÁTŮ u položky č. 6 v některých
parametrech označeno * uvedeno: Nesplnění tohoto parametru nevylučuje účast v zadávacím řízení.
Tento parametr bude zohledněn v hodnocení nabídek. V ostatních položkách tohoto bodu ZD, tedy
položky č. 1 až 15 jsou uvedeny specifické požadavky, které v řadě případů splňuje pouze jediný dodavatel
na trhu ČR a z tohoto důvodu vylučuje ostatní účastníky z možnosti podat nabídku.

Mohl by zadavatel zvážit stejné kritérium, že nesplnění tohoto parametru nevylučuje účast v zadávacím
řízení, i pro ostatní soutěžené položky, aby mohli i ostatní účastníci nabídnout variantní řešení a nebyli tak
vyloučeni z VZ? Zadavatel by tímto rozšířil možnost hospodářské soutěže a umožnil účast širšímu okruhu
dodavatelů.

Vysvětlení č. 1:

Zadavatel administrativním pochybením uvedl omylem u položky č. 6, 14 a 26 znak * Nesplnění
tohoto parametru nevylučuje účast v zadávacím řízení. Zadavatel odstranil ze ZD u položek č. 6, 14 a 26
tento znak, tzn. že účastníci nebudou za nesplnění kritérií, které jsou předmětem dílčích hodnotících
kritérií uvedených v bodě 9 ZD vyloučeni ze zadávacího řízení.

Dotaz č. 2

V ZD v bodě 9. hodnotící kritéria v části 2 – Kvalitativní úroveň, je přiděleno bodového hodnocení pro
dílčí hodnotící subkritérium v bodě 2-6 maximálně 10 bodů.

Žádáme zadavatele o upřesnění a transparentní přidělení bodového hodnocení pro dílčí hodnotící
subkritérium v bodě 2-6. Z uvedeného hodnocení není jasné, jaké hodnocení bude přiděleno, pokud se
např. technicky bude řešení blížit požadovanému. Tímto žádáme o upřesnění transparentních kritérií
hodnocení v souladu s dílčím kritériem č.1.

Vysvětlení č. 2:

Zadavatel u dílčího hodnotícího subkritéria č. 2., 3., 5. a 6., přidělí za splnění dílčího hodnotícího subkritéria 10 bodů, v případě nesplnění dílčího hodnotícího subkritéria přidělí 0 bodů.

Zadavatel upravil v ZD dílčí hodnotící subkritérium č. 4 Portfolio velikostí takto:

U dílčího hodnotícího subkritéria č. 4 – Portfolio velikostí zadavatel upřesňuje, že v případě splnění alespoň 80% až 90,99% velikostí u položek č. 5 až 15 (necementovaná jamka a dřík) uvedených v Příloze č. 2 Specifikace a soupis dodávek – ceník, získá uchazeč 8 bodů. U splnění 91% až 100% těchto velikostí, získá uchazeč 10 bodů. V případě nesplnění alespoň 80% počtu velikostí bude uchazeči při hodnocení nabídek přiděleno 0 bodů.

Shrnutí:

79,99% a méně velikostí = 0 bodů

80% až 90,99% velikostí = 8 bodů

91% až 100% velikostí = 10 bodů

Procentuální vyjádření se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru.

Zadavatel upravil přílohu č. 2 specifikace a soupis dodávek – ceník, do které přidal sloupec J Počet velikostí a žádá účastníky o vložení do nabídky tuto upravenou verzi s názvem: Upravená P2ZD Specifikace a soupis dodávek - ceník č. 1 ze dne 21.8.2025.

Vysvětlení č. 3:

Zadavatel upravil administrativní pochybení v zadávací dokumentaci v bodě 4.5. Bližší specifikace na varianty kyčelních implantátů, položka č. 6 (str. 7 ZD) takto:

Původní znění:

** Nesplnění tohoto parametru nevylučuje účast v zadávacím řízení. Tento parametr bude zohledněn v hodnocení nabídek, a to v kritériu kvality – subkritérium – vysoce porotický materiál se 100% otevřených pórů. Účastník, který nedodá implantát se 100 % otevřených pórů ocení pro všechny položky číslo 12,13,14 variantu s keramickým inzertem.*

Nové znění:

Účastník, který nedodá implantát se 100 % otevřených pórů ocení pro položku číslo 6 variantu s keramickým inzertem.

Vysvětlení č. 4

Zadavatel doplnil do Přílohy č. 1 Rámcová kupní smlouva konsignace odstavec č. 17.6. týkající se inflace.

Znění odstavce je následující:

17.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy roční míra inflace zveřejněná Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok překročí 3 %, je Prodávající oprávněn navýšit jednotkové ceny zboží specifikovaného Přílohou č. 1 této smlouvy. Zvýšení ceny bude odpovídat míře inflace přesahující hodnotu 3 %, maximálně však do výše 5 % celkového zvýšení ceny oproti původní ceně uvedené ve smlouvě. Prodávající je oprávněn zvýšit cenu, vždy k 1.4. kalendářního roku, poprvé však po uplynutí 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Zvýšení ceny podle předchozích odstavců je účinné od okamžiku doručení písemného oznámení Prodávajícího o zvýšení ceny Kupujícímu. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšené jednotkové ceny a podrobnosti výpočtu zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení jednotkových cen doručeno Kupujícímu do 20.3. daného kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném kalendářním roce zanikne. Toto zvýšení ceny není změnou dle smlouvy a je tedy změnou bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

Zadavatel upravil přílohu č. 1 Rámcová kupní smlouva konsignace a žádá účastníky o vložení do nabídky tuto upravenou verzi s názvem: Upravená P1ZD Rámcová KS konsignace č. 1 ze dne 21.8.2025.

Vysvětlení č. 5:

Z výše uvedených důvodů prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou svou délku, a to na 22.9.2025 v 10:00 hod.

V Českých Budějovicích dne 21.08.2025

Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek

Přílohy:

Upravená Zadávací dokumentace č. 1 ze dne 21.8.2025

Upravená P1ZD Rámcová KS konsignace č. 1 ze dne 21.8.2025

Upravená P2ZD Specifikace a soupis dodávek - ceník č. 1 ze dne 21.8.2025