

zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Prachatice, a.s.

Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Laparoskopická věž 3D 4K ICG pro centrální operační sály**

Článek 1

Identifikační údaje zadavatele a zástupce a údaje o veřejné zakázce

1. Údaje o zadavateli

zadavatel:	Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo:	Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO:	260 95 165
zastoupený:	Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
Kontaktní osoba:	Jiří Brázda, vedoucí údržby, Provozně-technické oddělení
Telefon, e-mail:	+420 388 600 283, brazda@nempt.cz

2. Údaje o zastupující osobě

zastupující osoba:	RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo:	Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00
IČO:	619 72 690
Kontakt, telefon, e-mail:	Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

3. Údaje o veřejné zakázce:

- O vyhlášení předmětné veřejné zakázky rozhodla oprávněná osoba zadavatele ze dne 27. 07. 2025. Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace. Návrh zadávacích podmínek vyhotovila pověřená osoba ve spolupráci se zadavatelem.
- Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky, zjednodušené podlimitní řízení.
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená postupem dle § 16 a násl. zákona: 4 000 000,00 Kč bez DPH.
- CPV kód veřejné zakázky:
CPV kód 33162000-3 | Přístroje a nástroje pro operační sály
CPV kód 33160000-9 | Operační technika
- V případě rozporů mezi údaji uvedenými v Zadávací dokumentaci a zákonem, mají přednost ustanovení zákona.

Článek 2

Průběh zadávacího řízení po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Zpřístupnění (otevírání) obálek se uskutečnilo dne 14. 8. 2025 (14. 8. 2025 09:12:02 Marcela Květoňová a 14. 8. 2025 09:12:26 Jana Kobělušová) po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Do konce stanovené lhůty pro podání nabídek byly doručeny **dvě nabídky**. Nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a nebylo s nimi před jejich otevřením manipulováno.

P.č.	Název účastníka	IČO účastníka	Doručení nabídky datum a čas
1	MGVIVA a.s. Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6	17321611	13.08.2025 13:54:02
2	RADIX CZ s.r.o. Kutná Hora - Karlov, Čáslavská 231, PSČ 28401	26774321	13.08.2025 16:56:33

Na základě předložených nabídek došlo **zástupcem zadavatele** k přípravě návrhu Zprávy o hodnocení nabídek, která bude následně předložena hodnotící komisi a potažmo zadavateli.

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení bude provedeno pouze u dodavatele, jehož nabídka byla na základě hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek 3

Posouzení a hodnocení nabídek (úplné znění)

- Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnížší nabídkové ceny bez DPH.
- Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka dodavatele s nejnížší nabídkovou cenou bez DPH. V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou ve smlouvě a jinou částí nabídky dodavatele, platí vždy nabídková cena uvedená ve smlouvě v ustanovení smlouvy o ceně díla, tím však není dotčeno právo zadavatele dotazovat se dodavatele na případný zjevný rozpor v jeho nabídce.
- Při posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí zadavatel nabídkové ceny dodavatelů, zda není jejich nabídková cena cenou mimořádně nízkou, a to zejména v případech, kdy bude cena vzbuzovat oprávněné obavy zadavatele, zda bude dodavatel schopen za nabídnutou cenu realizovat předmět veřejné zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.

P.č.	Název účastníka	IČO účastníka	Doručení nabídky datum a čas	Výsledné pořadí
1	MGVIVA a.s. Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6	17321611	3 995 000,00 Kč	2
2	RADIX CZ s.r.o. Kutná Hora - Karlov, Čáslavská 231, PSČ 28401	26774321	3 989 464,00 Kč	1

Článek 4

Popis posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

úplné znění požadavků na kvalifikaci a ostatních požadavků a způsob jejího prokázání

Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své nabídce v souladu s § 74 zákona prokázali splnění základní způsobilosti způsobem uvedeným v § 75 zákona.
- Dodavatel prokáže řádně svou základní způsobilost, pokud ve své nabídce předloží
 - **ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona** výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou právnickou osobou a každou fyzickou osobu, pro kterou je podle zákona a zadávacích podmínek vyžadován,

- **ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona** potvrzení příslušného finančního úřadu a čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto požadavku,
 - **ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona** čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto požadavku,
 - **ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona** potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení,
 - **ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona** výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k naplnění tohoto požadavku v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán.
3. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit písemným čestným prohlášením, jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 zákona nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu s § 234 zákona. V případě, že bude dodavatel prokazovat základní způsobilost čestným prohlášením, použije pro tento účel vzor čestného prohlášení, který tvoří **Přílohu č. 1** této zadávací dokumentace. Na profilu zadavatele je tato příloha označena jako **Prohlášení dodavatele** ke kvalifikaci.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona a způsob jejího prokázání

1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své nabídce v souladu s § 77 zákona prokázali splnění profesní způsobilosti.
2. Dodavatel prokáže řádně svou profesní způsobilost, pokud ve své nabídce předloží **výpis z obchodního rejstříku** nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona).
3. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit písemným čestným prohlášením, jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 zákona nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu s § 234 zákona. V případě, že bude dodavatel prokazovat profesní způsobilost čestným prohlášením, použije pro tento účel vzor čestného prohlášení, který tvoří **Přílohu č. 1** této zadávací dokumentace. Na profilu zadavatele je tato příloha označena jako **Prohlášení dodavatele** ke kvalifikaci.

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona a způsob jejího prokázání

1. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona ve své elektronické nabídce předložili seznam významných dodávek a služeb (dále v textu též jen jako „významné zakázky“) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace, pokud ve své elektronické nabídce předloží seznam významných zakázek / dodávek, ve kterém budou uvedeny alespoň tyto údaje: (1) název dodavatele / zadavatele / objednatele, (2) předmět (popis) významné zakázky, (3) doba realizace (měsíc a rok dokončení) významné zakázky, (4) finanční objem významné zakázky, (5) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné ověřit si pravdivost tvrzených skutečností:

alespoň tři (3) významné zakázky / dodávky, jejichž předmětem byla **dodávka laparoskopické věže** s finanční hodnotou **minimálně 2,5 mil. Kč bez DPH**, a to pro každou dodávku samostatně.

Není-li dále stanoveno jinak, kvalifikaci rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o významnou zakázku zahájenou dříve než v posledních 3 letech, pokud byla v posledních 3 letech dokončena, nebo pokud probíhala i po zahájení zadávacího řízení, nebo pokud stále probíhá, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni konce lhůty pro prokázání kvalifikace (tj. řádné dokončení příslušné části, která naplňuje požadavky zadavatele na významné zakázky).

Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedeného kritéria technické kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a průkazný doklad o řádném uskutečnění plnění dodavatele.

Zadavatel v souladu s § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace lze použít i takové významné zakázky, které dodavatel poskytl jiným objednatelům společně s jinými dodavateli, pouze však v rozsahu, v jakém se na plnění dodavatel podílel, nebo se podílel na plnění jako poddodavatel jiného dodavatele, opět ale pouze v rozsahu, v jakém se na plnění skutečně podílel. Uskutečněné významné zakázky se považují i v tomto případě za splněné, pokud byly v průběhu uvedené doby dokončeny.

V případě, že bude dodavatel prokazovat kritérium technické kvalifikace čestným prohlášením, použije pro tento účel vzor čestného prohlášení, který tvoří **Přílohu č. 1** této zadávací dokumentace. Na profilu zadavatele je tato příloha označena jako **Prohlášení dodavatele** ke kvalifikaci.

2. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. k) zákona ve své nabídce předložili vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání.

Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace vymezeného v předchozím odstavci, pokud ve své nabídce předloží technické listy nabízeného plnění (laparoskopická věž), včetně uvedení výrobce (země původu), který hodlá použít při plnění předmětu veřejné zakázky. Listina prokazující tento požadavek zadavatele může být předložena ve

fotokopii. Z technického listu výtahu musí vyplývat, že nabízené plnění zcela odpovídá technické specifikaci vymezené **Přílohou č. 3** zadávací dokumentace. Dodavatel musí ve své nabídce dále uvést, že **uvedená dodávka** bude součástí plnění předmětu smlouvy.

V případě, že bude dodavatel prokazovat kritérium technické kvalifikace čestným prohlášením, použije pro tento účel vzor čestného prohlášení, který tvoří **Přílohu č. 1** této zadávací dokumentace. Na profilu zadavatele je tato příloha označena jako **Prohlášení dodavatele** ke kvalifikaci.

Ostatní požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace:

1. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v případě plnění předmětu veřejné zakázky s pomocí třetích osob (poddodavatelů) určili ve své nabídce ty části plnění předmětu veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
2. Dodavatelé jsou povinni ve své elektronické nabídce předložit kupní smlouvu, a to v rozsahu dle Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace, která je pro účastníka zadávacího řízení závazná.
3. Dodavatelé jsou dále povinni ve své elektronické nabídce předložit čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů, které jako vzor tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
4. Dále vybraný dodavatel předloží zadavateli čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím. Vzorek tohoto prohlášení tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
5. Prohlášení o shodě dodávaného předmětu plnění a současně informaci o tom, že je výrobek zapsaný v Registru zdravotnických prostředků, včetně listiny prokazující pravdivost takového tvrzení. Předloží vybraný dodavatel.

Zadavatel nejprve posoudil nabídku dodavatele RADIX CZ s.r.o., Kutná Hora - Karlov, Čáslavská 231, PSČ 28401 (dále v textu jen „RADIX“), z hlediska splnění technických požadavků a parametrů dle technické specifikace zadání. Na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že nabídka dodavatele RADIX nesplňuje stanovené zadávací podmínky. Z tohoto důvodu již nebylo nutné dále posuzovat kvalifikaci dodavatele a zadavateli byl přímo předložen návrh rozhodnutí o jeho vyloučení ze zadávacího řízení.

návrh ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Laparoskopická věž 3D 4K ICG pro centrální operační sály**

Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 260 95 165, se sídlem Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva (dále v textu jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Laparoskopická věž 3D 4K ICG pro centrální operační sály** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **27. 07. 2025**.

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky **rozhodl** v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, **vyloučit** ze zadávacího řízení dodavatele **RADIX CZ s.r.o., IČO 267 74 321, se sídlem Kutná Hora – Karlov, Čáslavská 231, PSČ 284 01**, a to z důvodů nesplnění zadávacích podmínek.

Odůvodnění

Zadavatel jako součást zadávacích podmínek veřejné zakázky **Laparoskopická věž 3D 4K ICG pro centrální operační sály** stanovil technické parametry požadovaného plnění, když své požadavky formuloval v **Příloze č. 3** Písemné výzvy (dále v textu jen „technická specifikace“ nebo „Příloha č. 3“). Příloha č. 3 obsahovala celkem šest samostatných souborů, ve kterých byly vymezeny technické parametry požadovaného plnění. Jednalo se o soubory 1 – Elektrokoagulační přístroj, 2 –

Endoskopický vozík, 3 – Insuflátor s ohřevem a aktivním odsáváním kouře, 4 – Laparoskopická věž 3D 4K ICG, 5 – Multioborová pumpa pro laparoskopii a 6 – Videolaparoskop.

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek na jeden dotaz dodavatelů uvedl, že se nebrání nabídce jiného technického řešení, pokud bude takové technické řešení prokazatelně splňovat všechny požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci, nebo je bude převyšovat. V takovém případě musí být zajištěn stejný klinický účel použití, funkční kompatibilita s ostatními zařízeními a zachována požadovaná úroveň bezpečnosti, uživatelského komfortu a provozní efektivity. Zadavatel dále uvedl, že stanovené technické parametry byly stanoveny jako technické parametry minimální, protože požaduje laparoskopickou věž **3D 4K ICG**, která bude představovat nejmodernější dostupné technologické řešení v oblasti laparoskopie, odpovídající současným i budoucím požadavkům klinické praxe, a která bude tvořit základní pilíř vybavení nemocnice a bude odpovídat moderním trendům laparoskopické operativy i v horizontu několika následujících let. Na základě průzkumu trhu má zadavatel ověřené, že požadované technické řešení nabízí více dodavatelů. Zadavatel tedy trvá na 3D řešení s funkcemi ICG.

Z uvedených důvodů proto posoudil obsah plnění nabízený dodavatelem **RADIX** ve všech těchto vzájemných souvislostech a dospěl k závěrům uvedeným níže.

Dodavatel **RADIX CZ s.r.o., IČO 267 74 321**, se sídlem Kutná Hora – Karlov, Čáslavská 231, PSČ 284 01 (dále v textu jen jako „dodavatel **RADIX**“) ve své elektronické nabídce předložil technickou specifikaci nabízeného plnění, která však neodpovídá požadavkům zadavatele uvedeným v **Příloze č. 3**.

V souboru **1 – Elektrokoagulační přístroj** zadavatel požadoval:

- v šesté odrážce **pro všechny 4 aktivní elektrody volbu autostartu**. Nabídka dodavatele **RADIX** však nabízí menší variabilitu nástrojů
- v desáté odrážce požadoval zadavatel **ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení min. 800 x 600 bodů a úhlopříčce min. 250 mm**. Nabídka dodavatele **RADIX** však uvádí v požadavku zadavatele display menší a současně nabízí menší rozlišení (800 x 480)
- u bezpečnostních parametrů bylo stanoveno, že měření hustoty bude na neutrální elektrodě s varovnou signalizací. Tento parametry (mající vliv na bezpečnost) není u dodavatele **RADIX** obsažený.
- V části *Požadované základní příslušenství* zadavatel požadoval, aby nožní pedál pro řez a koagulaci a nožní pedál koagulaci bylo možné mýt v myčce. Plnění nabízené dodavatelem **RADIX** tuto možnost neobsahuje.

Jen pro úplnost zadavatel dodává, že u programového vybavení jednotky plnění nabízené dodavatelem **RADIX** umožňuje zadavateli velice omezené možnosti programování.

V souboru **2 – Endoskopický vozík** požadoval zadavatel flexibilní rameno pro hlavní monitor, s krytím kabelů uvnitř ramene, rameno určené pro použití na OS s **prokázanou antibakteriální ochranou ve všech částech ramene včetně kloubů**. Nabídka dodavatele **RADIX** však antibakteriální ochranu ramene neobsahuje.

V souboru **4 – Laparoskopická věž 3D 4K ICG** dodavatele **RADIX** nabízí u chirurgického 3D monitoru technologii **LCD TFT**, namísto zadavatelem požadované **LED s IPS**. Dodavatel **RADIX** rovněž nerespektoval požadavek na minimální kontrast 1 000 000:1, když zadavateli nabízí pouze 1750:1. A nakonec výstupy konektorů neodpovídají požadavkům zadavatele – namísto **BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI** nabízí dodavatel **RADIX** pouze **HDMI**.

U kamerové jednotky 4K, 3D, ICG požadoval zadavatel **stupy min: 2× HDMI 2.0, 1× DVI, 1× 12G-SDI, 1× 3G-SDI**. Dodavatel **RADIX** však nabízí pouze display port. Ovládání této kamerové jednotky mělo být pomocí barevného dotykového displeje pro ovládání min. vyvážení bílé, nahrávání foto a video, kompletní nastavení kamerové jednotky včetně servisního, nastavení intenzity jasu pro NIR a VIS. Dodavatel **RADIX** tuto možnost vůbec nenabízí.

V části **Fluorescenční zobrazování (NIR/ICG)** požadoval **možnost zobrazení všech 4 módů na jedné obrazovce**. Nabídka dodavatele **RADIX** této podmínce nevyhovuje.

V části **Digitální úprava obrazu a AI algoritmy** zadavatel požadoval:

- digitální redukci kouře a mlžení optiky na základě autonomního algoritmu (algoritmus pro redukci kouře v nabídce dodavatele **RADIX** chybí)
- AutoFocus – automatické ostření na kamerové hlavě pomocí stisku jednoho tlačítka (nabídka dodavatele **RADIX** nabízí pouze manuální ostření)

V části **Kamerová hlava** zadavatel požadoval minimálně 4 ovládací tlačítka z toho min. 3 tlačítka pro ovládání min. 6 funkcí pomocí krátkého a dlouhého stisku. Dodavatel **RADIX** však nabízí pouze tlačítka 3.

U **zdroje světla** požadoval zadavatel minimální životnost 60 000 hodin, kdežto dodavatel **RADIX** nabízí pouze 30 000.

V souboru **5 – Multioborová pumpa pro laparoskopii** stanovil zadavatel mj. i tyto parametry:

U **nominálního toku** Hysteroskopie min. 750 ml/min., dodavatel **RADIX** uvádí pouze 200-400-600 ml/min., u Urologie min. 10 – 750 ml/min, kdežto dodavatel **RADIX** u svého plnění nabízí opět pouze shora uvedenou hodnotu. U **nastavení tlaků** požadoval hodnoty u Hysteroskopie min. 20 – 195 mmHg, dodavatel **RADIX** však v rozporu s požadavkem zadavatele uvádí hodnotu jen 20 – 150 mmHg.

V kontextu výše uvedeného přístupu k alternativním technickým řešením zadavatel konstatuje, že nabídka dodavatele **RADIX** neprokazuje splnění požadovaných technických parametrů, ani jejich převýšení. Naopak, v řadě klíčových oblastí vykazuje zásadní nedostatky, které nelze považovat za akceptovatelné odchylky. Zadavatel identifikoval i další rozpory mezi požadavky uvedenými v technické specifikaci a obsahem nabídky, které v tuto chvíli ponechává bez komentáře. Důvodem je skutečnost, že výše uvedený souhrn pochybení představuje podle názoru zadavatele závažné a systémové nesplnění zadávacích podmínek, jež samo o sobě zpochybňuje způsobilost nabídky jako celku.

Za zcela **kritické pochybení** považuje zadavatel chybějící měření hustoty na neutrální elektrodě s varovnou signalizací (zásadní bezpečnostní prvek), nesplnění požadavku na kontrast 1 000 000:1, který výrazně ovlivňuje kvalitu zobrazení s dopadem na přesnost zákroku, chybějící digitální redukce kouře a mlžení optiky, která je zásadní pro zajištění čistého obrazu během operace, pouze manuální ostření místo požadovaného AutoFocusu, které může zpomalit práci lékaře a snížit tak jeho efektivitu.

Za **závažné pochybení**, které sice není přímo nebezpečné, ale výrazně omezuje použitelnost požadovaného plnění displej s nižším rozlišením a menší uhlopříčkou (horší ergonomie a čitelnost), nožní pedály nejsou omyvatelné v myčce (hygienické riziko), omezené možnosti programování (snižuje flexibilitu zařízení), chybějící antibakteriální ochrana ramene endoskopického vozíku

(hygienické a infekční riziko), zdroj světla s poloviční životností (vyšší provozní náklady), nesplnění požadavku na zobrazení všech 4 módů NIR/ICG na jedné obrazovce (omezená vizualizace).

Závěr:

Na základě výše uvedeného posouzení obsahu elektronické nabídky dodavatele **RADIX CZ s.r.o.** dospěl zadavatel k jednoznačnému závěru, že nabídka nevyhovuje technické specifikaci požadovaného plnění stanovené v zadávací dokumentaci, a to jak z hlediska technických parametrů, tak z hlediska požadované úrovně bezpečnosti, funkční kompatibility a klinického účelu použití. Vzhledem k rozsahu a závažnosti zjištěných nedostatků, které nelze považovat za formální nebo marginální odchylky, rozhodl zadavatel způsobem uvedeným výše.

Oznámení rozhodnutí zadavatele bylo účastníkovi RADIX odesláno prostřednictvím profilu zadavatele dne 22. 8. 2025 s tím, že zadavatel vyčká na marné uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o jeho vyloučení a až poté provede posouzení nabídky účastníka MGVIVA a.s.

Posouzení nabídky dodavatele s druhou ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

MGVIVA a.s.

Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 17321611

(dále jen „MGVIVA“)

Obsah nabídky účastníka MGVIVA:

KRYCÍ LIST.....

KVALIFIKACE.....

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY.....

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY.....

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ.....

PODDODAVATELÉ.....

DALŠÍ DOKLADY.....

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ.....

Prokázání kvalifikace účastníkem MGVIVA:

Základní způsobilost a profesní způsobilost a kritéria technické kvalifikace prokázané účastníkem:

základní způsobilost

K prokázání splnění základní způsobilosti předkládá účastník následující doklady:

- odkaz na výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti MGVIVA a.s.
<https://skd.nipez.cz/ISVZ/Ciselniky/Seznam.aspx?type=1&vt=1&data=ZmNOYXpldVwbG55JTNkbWd2aXZhJT12>
- čestné prohlášení společnosti MGVIVA a.s. o splnění základní způsobilosti

profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti předkládá účastník následující doklady:

- odkaz na výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti MGVIVA a.s.
<https://skd.nipez.cz/ISVZ/Ciselniky/Seznam.aspx?type=1&vt=1&data=ZmNOYXpldVwbG55JTNkbWd2aXZhJT12>
- odkaz na výpis z registru RZPRO společnosti MGVIVA a.s.
<https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Osoba/Detail/135052>
- odkaz na výpis z registru ISZP společnosti MGVIVA a.s.
[ISZP – Detail ohlášené činnosti – Servis \(sukl.cz\)](#)
[ISZP – Detail ohlášené činnosti – Distributor](#)

Dále předložil čestné prohlášení dle vzoru, kde uvedl tyto významné zakázky/dodávky a dále v technické listy nabízeného plnění včetně uvedení výrobce (země původu), které budou předmětem plnění včetně čestné prohlášení.

Č. 1

Označení zadavatele / kupujícího, IČ:	Hoyer Praha s. r. o., Jilmová 2685/10, 130 00 Praha, IČ: 60491582
Dodávka (název): Stručný popis plnění:	Modernizace operačních sálů Dodání, instalace, zaškolení a záruční servis artroskopické a 2ks laparoskopické sestavy pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
Doba plnění:	od 01.11. 2022 do 31.12.2022
Finanční objem uváděné dodávky v Kč bez DPH:	7 777 734,51 Kč bez DPH
Podíl dodavatele na celkovém plnění (v %):	100 %

Č. 2

Označení zadavatele / kupujícího, IČ:	MEDIFINE a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno – Ponava, IČ: 27718948
Dodávka (název): Stručný popis plnění:	LSK věže II pro Fakultní nemocnice Brno Dodání, instalace, zaškolení a záruční servis laparoskopické věže
Doba plnění:	od 01.04.2023 do 30.04.2023
Finanční objem uváděné dodávky v Kč bez DPH:	5 143 446 Kč bez DPH
Podíl dodavatele na celkovém plnění (v %):	100%

Č. 3

Označení zadavatele / kupujícího, IČ:	Hoyer Praha s. r. o., Jilmová 2685/10, 130 00 Praha, IČ: 60491582
Dodávka (název):	Zdravotnické přístroje pro KN - OPERAČNÍ SÁL - II. VYHLÁŠENÍ
Stručný popis plnění:	Dodání, instalace, zaškolení, záruční servis laparoskopické věže pro Klatovskou nemocnici
Doba plnění:	od 01.12.2022 do 01.12.2022
Finanční objem uváděné dodávky v Kč bez DPH:	3 637 500 Kč bez DPH
Podíl dodavatele na celkovém plnění (v %):	100%

Ostatní požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace prokázal dodavatel MGVIVA:

1. Dodavatel **MGVIVA** ve své nabídce předložil kupní smlouvu v rozsahu dle požadavku zadavatele a rekapitulaci nabídkové ceny včetně cenové nabídky.

2. Součástí elektronické nabídky bylo **čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů** a dále rovněž **čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím**.

článek 5

Průběh jednání hodnotící komise

Vzhledem k tomu, že zadavatel pověřil k provedení hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí, podepsali tito členové hodnotící komise čestné prohlášení o střetu zájmu a mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozví nebo dozvěděli v souvislosti s jejich účastí v této komisi.

Prohlášení členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Jako jmenovaný zástupce zadavatele dne 9. 9. 2025 čestně prohlašuji, že ve vztahu k veřejné zakázce označené **Laparoskopická věž 3D 4K ICG pro centrální operační sály** a k účastníkům zadávacího řízení, kteří předložili elektronickou nabídku do tohoto zadávacího řízení, nejsem podjat/a. Nepodílel/a jsem se na zpracování doručené nabídky, nevznikla mi osobní výhoda nebo újma a nemám osobní zájem na zadání výše uvedené veřejné zakázky a s účastníkem mě nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. Beru na vědomí, že vznikne-li důvod podjatosti, jsem povinen tuto skutečnost bezodkladně ohlásit zadavateli. Zároveň prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl/a v souvislosti se svou účastí při tomto jednání. Zachování mlčenlivosti platí po celou dobu jednání této komise, ale i po tomto jednání. Čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem, když současně potvrzuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s nabídkou účastníků:

Marcela Květoňová jako člen komise

Dagmar Blažková náhradník za člena komise

MUDr. Vladimír Tišler jako člen komise

Jiří Brázda náhradník za člena komise

Petr Hnízda jako člen komise

Jana Kobělušová náhradník za člena komise

Zástupce pověřené osoby v hodnotící komisi v pozici zpracovatele návrhu Zprávy o hodnocení nabídek předložil ostatním členům hodnotící komise *návrh* Zprávy o hodnocení nabídek, který členové hodnotící komise porovnali s obsahem předložené elektronické nabídky. Hodnotící komise vzala na vědomí rovněž vyloučení účastníka RADIX včetně informace o uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele a s rozhodnutím zadavatele se ztotožňuje. Posouzení technické části nabídky (tj. splnění technické specifikace požadovaného plnění) ponechal zástupce pověřené osoby na zadavateli, resp. osobách odborně způsobilých posoudit technickou parametry nabízeného plnění.

S ohledem na skutečnosti uvedené výše týkající se posouzení nabídky dodavatele **MGVIVA** hodnotící komise konstatovala, že **účastník MGVIVA a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 17321611** splňuje všechny kvalifikační požadavky vymezené zadavatelem v zadávací dokumentaci a rovněž splňuje i všechny podmínky zadávacího řízení. Zadavateli pak navrhuje, aby ve věci veřejné zakázky **Laparoskopická věž 3D 4K ICG pro centrální operační sály** přijal rozhodnutí uvedené v čl. 6 této Zprávy o hodnocení nabídek.

Článek 6

Rozhodnutí zadavatele, podpisy členů komise

Na základě shora uvedených skutečností hodnotící komise navrhuje zadavateli, aby ve věci veřejné zakázky označené **Laparoskopická věž 3D 4K ICG pro centrální operační sály** přijal toto rozhodnutí:

- 1) **rozhodl** v souladu s § 122 zákona vybrat k uzavření kupní smlouvy účastníka zadávacího řízení **MGVIVA a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 17321611**, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Nabídková cena vybraného dodavatele činí **3 995 000,00 Kč**.
- 2) **ukládá** zástupci zadavatele společnosti **RECTE.CZ, s.r.o.** (IČ 619 72 690), aby zajistil v souladu s § 50 ve spojení s § 53 odst. 5 zákona uveřejnění oznámení výběru dodavatele na profilu zadavatele ve lhůtě stanovené zákonem.

Pravdivost shora uvedených skutečností stvrdili svým podpisem všichni přítomní členové komise, přičemž žádný z přítomných členů neměl odchylný názor proti názoru většiny. Podpisem uvedeného prohlášení rovněž stvrzuje, že všechny úkony hodnotící komise probíhaly tak, jak je popsáno v této Zprávě o hodnocení nabídek.

Marcela Květoňová jako člen komise

Dagmar Blažková náhradník za člena komise

MUDr. Vladimír Tišler jako člen komise

Jiří Brázda náhradník za člena komise

Petr Hnízda jako člen komise

Jana Kobělušová náhradník za člena komise

Zprávu o hodnocení nabídek vyhotovil a dokončil zástupce zadavatele, kterým je společnost **RECTE.CZ, s.r.o.**, když tato společnost při zpracování návrhu Zprávy o hodnocení nabídek všechny údaje čerpala z elektronicky doručených nabídek. Zpráva byla dokončena po jednání členů hodnotící komise dne 9. 9. 2025. Další úkony související s ukončením zadávacího řízení jsou odvislé od rozhodnutí zadavatele.