

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 15. 9. 2025

**k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc MBA, předseda představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V zadávací dokumentaci, v příloze č. 1 k veřejné zakázce, je ve sloupci „Předpokládané charakteristiky a požadavky“ u položky č. 6 uveden požadavek: „Součástí ovládacího panelu je integrovaný dotykový displej o velikosti min. 12" pro zjednodušení ovládání přístroje.“

Jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku si Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluujeme požádat o odpověď na následující dotaz:

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat variantní řešení, kdy je ultrazvukový přístroj vyšší třídy vybaven integrovanou dotykovou ovládací obrazovkou o velikosti 10", která je součástí ovládacího panelu, plně umožňuje komfortní a intuitivní ovládání přístroje, splňuje všechny ostatní požadované parametry, a současně přináší výhodu v podobě kompaktnějšího a ergonomičtějšího řešení ovládacího panelu (snazší manipulace, lepší přehlednost pracovního prostoru).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že trvá na svém požadavku uvedeném v Příloze č. 1 (Technická specifikace), tzn. „Součástí ovládacího panelu je integrovaný dotykový displej o velikosti min. 12" pro zjednodušení ovládání přístroje.“ Zadavatel tedy nebude akceptovat nabízené variantní řešení.

MUDr. Vít Lorenc, MBA
předseda představenstva