

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 **ze dne 24. 9. 2025**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro přístroje pro chemické a morfologické vyšetření moče a tělních tekutin

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 18. 9. 2025 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2025-051798.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci zadavatel uvádí „Analýza všech požadovaných parametrů musí být možná ze 100 µl vzorku“. Nabízíme systém, který umožňuje změřit všechny parametry kromě COOX z kapilárního odběru o objemu 65 µl, samotný COOX ze 100 µl a kompletní panel testů požadovaný zadavatelem ze 150 µl vzorku.

Vyhoví zadavatel požadavku na úpravu objemu vzorku ve znění: „Analýza všech požadovaných parametrů musí být možná max ze 150 µl vzorku“?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadávací dokumentace zadavatele neobsahuje kapitolu Technická specifikace, tudíž zde ani není uvedena věta: „Analýza všech požadovaných parametrů musí být možná ze 100 µl vzorku“. Předmětem zadávací dokumentace zadavatele je dodávka validovaných diagnostik pro přístroje pro chemické a morfologické vyšetření moče pro přístroje ve vlastnictví NCB. Pravděpodobně se jedná o omyl ze strany tazatele, kdy dotaz patří k jiné zadávací dokumentaci (pravděpodobně analýza krevních plynů).

V Českých Budějovicích
Dne 24. 9. 2025

Hana Beznosková
oddělení veřejných zakázek