

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 8. 10. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“),

Zdravotnický spotřební materiál – operační pláště 2025

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupen: MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D., předsedou představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2025 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2025-053651

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: Druh výztuže (část 1 – SMMS a Spunlace)
Rádi bychom požádali zadavatele o upřesnění technické specifikace ohledně požadovaného druhu výztuže operačních plášťů v části 1 (SMMS a Spunlace). V zadávací dokumentaci je uvedeno, že u některých položek je požadováno vyztužení (např. v přední části a v rukávech). Zadavatel však nespecifikoval, z jakého materiálu má být tato výztuž provedena.
Prosíme proto o potvrzení, zda má být výztuž:
• fabric-reinforced (zesílený SMS/SMM panel u SMMS nebo SMS panel u Spunlace),
• nebo poly-reinforced (polyethylenový film + PP vrstva),
• případně zda jsou přípustné obě varianty u obou typů plášťů (SMMS i Spunlace).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Zadavatel upozorňuje, že operační pláště v Části 1 – Operační pláště SMMS a Spunlace musí splňovat nejvyšší bezpečnostní standard, a proto materiál výztuží fabric-reinforced není pro tyto pláště dostačující. Zadavatel požaduje pouze výztuž poly-reinforced.

Dotaz č. 2: Balení SMMS plášťů (část 1)
Rádi bychom požádali zadavatele o upřesnění technické specifikace ohledně balení operačních plášťů SMMS v části 1. V zadávací dokumentaci je specifikován samotný plášť (materiál, rozměry, vyztužení apod.), ale není uvedeno, zda součástí balení mají být také ručníky.
Prosíme proto o potvrzení, zda má být každý SMMS operační plášť:
• dodáván samostatně balený bez ručníků,
• nebo zda má být součástí balení také 1–2 ks ručníků.
Toto upřesnění je zásadní pro správné nacenění a porovnání nabídek.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel neuvádí ručníky jako součást balení, ručníky nepožaduje ani jako samostatně balené.

Dotaz č. 3: Způsob provedení švů (část 1 – SMMS)

V technické specifikaci k části 1 (SMMS pláště) zadavatel uvádí požadavek, že švy operačních plášťů musí být provedeny ultrazvukovým svařováním, s výjimkou suchého zipu, manžety a krčního pásku. Rádi bychom požádali zadavatele o upřesnění, zda budou akceptovány také švy provedené lepením (glued seams).

Naše SMMS pláště z řady Essential využívají technologii lepených švů, která přináší následující výhody:

- vyšší pevnost než u švů ultrazvukových – doloženo testy pevnosti rukávových švů,
- vyšší komfort pro uživatele (plošší, měkčí, méně dráždivé),
- plná shoda s normou EN 13795-1.

Prosíme proto o potvrzení, zda bude tento druh provedení švů u SMMS plášťů v rámci zadávací dokumentace akceptovatelný.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel trvá na požadavku švů provedených ultrazvukovým svařováním s výjimkou suchého zipu, manžety a krčního pásku. Tyto švy dle zkušenosti zadavatele poskytují lepší hygienu a bariérovou jistotu.

Dotaz č. 4: Bude zadavatel akceptovat namísto materiálu SMS materiál SMMS ve stejné gramáži a se stejnými vlastnostmi?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Zadavatel bude akceptovat nabídku materiálu SMMS pro část 2 – Operační pláště SMS.

Dotaz č. 5: K VZ "ZSM – Operační pláště 2025" pro část 2 – Operační pláště SMS.

Zadavatel v popise zboží požaduje u velikostí suchých zipů na fixaci kolem krku u první části s háčky velikost min. 4 cm x 2,5 cm.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat velikosti tohoto suchého zipu 3 cm x 2,5 cm.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Zadavatel trvá na velikosti suchých zipů s háčky na fixaci kolem krku dle zadávací dokumentace, tj. min. 4 cm x 2,5 cm. Nepřipouští nabídku s menší velikostí.

V Českých Budějovicích, dne 8. 10. 2025

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek