

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 17. 10. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“),

Zdravotnický spotřební materiál – operační pláště 2025

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupen: MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D., předsedou představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2025 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2025-053651

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: V části 2 zadávací dokumentace je uveden předmět plnění „Operační plášť 130 cm, zavínovací“ a „Operační plášť 130 cm, nezavínovací“ (resp. 150 cm). Ze specifikace technických požadavků však nevyplývá, jaký je mezi těmito dvěma typy operačních plášťů konkrétně rozdíl – tj. zda se jedná pouze o odlišnost ve střihu zadního dílu (překrytí zad, způsob oblékání apod.), nebo o jinou funkční či konstrukční odlišnost.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel upřesňuje rozdíl mezi zavínovacím a nezavínovacím pláštěm. Zavínovací plášť má překrývající zadní část, kdy se nejprve jeden zadní díl přehne přes druhý. Zavazuje se na boku.

Nezavínovací plášť má otevřená záda, zadní díly se nepřekrývají nebo jen minimálně. Zavazuje se na zádech pomocí tkanic.

Odlišnost je pouze ve střihu.

Dotaz č. 2: V rámci vysvětlení zadávací dokumentace byla potvrzena specifikace požadavku na ultrazvukové svařování švů, nicméně bych si dovolil velmi stručně poukázat na skutečnost, že tato technologie není jediným, ani nutně nejlepším řešením.

Naše společnost, která dodává chirurgické pláště do více než 90 zemí světa, používá u svých modelů technologii lepených švů (glued seams).

Tento způsob spoje je v praxi široce uznáván jako modernější a kvalitnější alternativa k ultrazvukovým švům – zejména z hlediska:

vyšší pevnosti spoje (testováno – 79 N oproti 50 N u švů ultrazvukových),

lepší pružnosti a komfortu pro uživatele,

rovnocenné nebo vyšší úrovně bariérové ochrany, plně v souladu s normou EN 13795-1.

Lepené švy jsou v současnosti používány na operačních sálech napříč Evropou, Severní Amerikou i Austrálií a jsou v mnoha tendrech dokonce považovány za výhodu. Proto bych si dovolil s veškerým respektem navrhnout, aby nemocnice případně zvážila rozšíření technických požadavků i o možnost akceptovat tuto variantu švů, která reprezentuje vyšší kvalitu a mezinárodní standard.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel po odborném posouzení dospěl k závěru, že technologie lepených švů poskytuje srovnatelnou kvalitu, těsnost i odolnost vůči průniku tekutin jako švy ultrazvukové svařované, a proto umožňuje jejich použití jako rovnocenné alternativy. Toto řešení musí splňovat veškeré funkční, kvalitativní, hygienické a legislativní parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3:

V části 2 požaduje zadavatel pláště SMS zavinovací a s otevřenými zády. Tyto pláště jsou již nestandardním provedením a nemá je v nabídce mnoho dodavatelů. Dovolujeme si zadavatele požádat, zda by zvážil rozdělení části 2 na dvě samostatné části.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel souhlasí s návrhem na rozdělení Části 2 veřejné zakázky na dvě samostatné části, a to z důvodu efektivnějšího zajištění plnění a lepšího přizpůsobení předmětu zakázky potřebám zadavatele. Vzhledem k tomu, že elektronický nástroj Věstník veřejných zakázek technicky neumožňuje rozdělení již vyhlášené části zakázky, rozhodl se zadavatel Část 2 zrušit.

Po zrušení Části 2 bude zadavatel bez zbytečného odkladu zahajovat nové výběrové řízení, ve kterém budou předměty původní Části 2 rozděleny do dvou samostatných částí.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Vzhledem k výše uvedeným změnám Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou délku, tj. pro Část 1 Operační pláště SMMS a Spunlace na 21. 11. 2025 v 9:00.

Část 2 Operační pláště SMS bude zrušena.

V Českých Budějovicích, dne 17. 10. 2025

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek