

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 ze dne 24. 10. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“),

Zdravotnický spotřební materiál – operační pláště 2025

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
 Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
 Zastoupen: MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D., předsedou představenstva
 IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2025 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2025-053651.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: Pro části plášťů SMMS a SMS bude zadavatel akceptovat řešení SMMSS, tedy 5 vrstvé pláště, které splňují gramáž i další technické parametry?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel trvá na uvedených technických specifikacích a nebude měnit zadávací podmínky.

Dotaz č. 2: Část 1
Připustí zadavatel velikosti viz tabulka, oranžové pole?

	Popis zboží	Materiál	Vyztužený	Obvod hrudníku		Vnitřní délka rukávu *		Velikost výztuže v přední části v cm		Délka výztuže rukávu
1.	Operační plášť 130 cm, zavínovací	SMMS	ANO	150 - 165 cm	150cm (+/-3cm)	60,5 cm	59cm (+/-2cm)	min. 45 cm x 100 cm	52x89 (+/-2cm)	min. 42 cm
2.	Operační plášť 150 cm, zavínovací	SMMS	ANO	160 - 175 cm	160cm (+/-3cm)	64 cm	60cm (+/-2cm)	min. 50 cm x 100 cm		min. 43 cm
3.	Operační plášť 170 cm, zavínovací	SMMS	ANO	170 - 185 cm	160cm (+/-3cm)	64 cm	61cm (+/-2cm)	min. 50 cm x 100 cm		min. 43 cm
4.	Operační plášť 130 cm, zavínovací	SMMS	NE	150 - 165 cm	150cm (+/-3cm)	60,5 cm	59cm (+/-2cm)			
5.	Operační plášť 150 cm, zavínovací	SMMS	NE	160 - 175 cm	160cm (+/-3cm)	64 cm	60cm (+/-2cm)			
6.	Operační plášť 170 cm, zavínovací	SMMS	NE	170 - 185 cm	160cm (+/-3cm)	64 cm	61cm (+/-2cm)			

Připustí zadavatel šířku manžety min. 8 cm (+/-1cm)?

Připustí zadavatel délku vnější tkanice kolem pasu minimálně 50 cm?

Připustí zadavatel velikosti viz tabulka, oranžové pole?

	Popis zboží	Materiál	Vyztužený	Obvod hrudníku		Vnitřní délka rukávu *		Velikost výztuže v přední části v cm		Délka výztuže rukávu
7.	Operační plášť 150 cm, zavínovací	Spunlace	ANO	160 - 175 cm	160cm (+/-3cm)	64 cm	60cm (+/-2cm)	min. 50 cm x 100 cm		min. 43 cm
8.	Operační plášť 170 cm, zavínovací	Spunlace	ANO	170 - 185 cm	160cm (+/-3cm)	64 cm	61cm (+/-2cm)	min. 50 cm x 100 cm		min. 43 cm
9.	Operační plášť 130 cm, zavínovací	Spunlace	NE	150 - 165 cm	150cm (+/-3cm)	60,5 cm	59cm (+/-2cm)			
10.	Operační plášť 150 cm, zavínovací	Spunlace	NE	160 - 175 cm	160cm (+/-3cm)	64 cm	60cm (+/-2cm)			
11.	Operační plášť 170 cm, zavínovací	Spunlace	NE	170 - 185 cm	160cm (+/-3cm)	64 cm	61cm (+/-2cm)			

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel uvádí, že technické specifikace a rozměry operačních plášťů byly stanoveny s ohledem na provozní potřeby a zkušenosti zdravotnického zařízení. Uvedené rozměry jsou vymezeny v rozmezí 15 cm, přičemž u rukávů je stanovena i tolerance. Zadavatel má za to, že tyto rozměry i ostatní technické parametry jsou stanoveny dostatečně široce a mohou je splnit různí dodavatelé na trhu.

Z tohoto důvodu zadavatel **nepřistupuje ke změně stanovených rozměrů ani jiných technických požadavků.**

V Českých Budějovicích, dne 24. 10. 2025

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek