



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Název veřejné zakázky	„Dodávka artroskopické věže pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2025“
Zadavatel	Nemocnice Český Krumlov, a.s. se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov IČO: 260 95 149 zastoupena: Mgr. Vojtěch Remeň, MBA předseda představenstva zápis: zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů:

Odpověď na vznesené dotazy pro veřejnou zakázku: „Dodávka artroskopické věže pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2025“.

Zadavatel úvodem sděluje, že v rámci vyhlášené veřejné zakázky připouští variantní dodání odchýlného řešení od technické specifikace uvedené v příloze č. 2, pokud se bude jednat o řešení srovnatelné nebo vyšší kvality.

Dotaz č. 1:

V Technické specifikaci v části Kamerová hlava zadavatel požaduje:

1. Celokovové tělo pro optimalizaci tepelného managementu

Dotaz: Akceptuje zadavatel nabídku kamerové hlavy, jejíž tělo je složeno z kombinace kovu a plastu a které zcela naplňuje všechny požadavky zadavatele na zajištění optimalizace tepelného managementu?

2. Autoklávovatelná v parním sterilizátoru na 134°

Dotaz: Požadavek na práci ve sterilním operačním poli řešíme potažením kamerové hlavy a jejího kabelu sterilním náplekem (alternativní technické řešení plnicí primární medicínský účel), který je v artroskopické operativě standardem. Akceptuje zadavatel navržené technické řešení, které naplňuje všechny medicínské, kvalitativní (zachování sterility), kapacitní (dlouhý reprocesing v autoklávu oproti okamžitému použití při užití sterilního nápleku) i ekonomické (náklady sterilizace a sterilních nápleků) požadavky zadavatele a je zcela vyhovující a oproti sterilizaci v autoklávu výrazně prodlužuje životnost kamerové hlavy?

Odpověď zadavatele:

Ad. 1.:

Ano, zadavatel akceptuje nabídku kamerové hlavy, jejíž tělo je složeno z kombinace kovu a plastu a které zcela naplňuje všechny požadavky zadavatele na zajištění optimalizace tepelného managementu.

Ad. 2.:

Ano, zadavatel akceptuje navržené technické řešení, tj. potažení kamerové hlavy a jejího kabelu sterilním náplekem.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci (4.2 ZD) uvádí, že termín dodání předmětu plnění činí 3 měsíce od podpisu smlouvy.

V návrhu kupní smlouvy (3.5 KS), který je součástí zadávací dokumentace, je však uveden termín dodání předmětu plnění 2 měsíce od podpisu smlouvy.

Účastník žádá o vysvětlení tohoto rozporu a o upřesnění, která z uvedených lhůt je pro plnění předmětu zakázky závazná.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se jedná o administrativní chybu, kdy správná lhůta pro dodání předmětu veřejné zakázky je 2 měsíce od podpisu smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel opravil zadávací dokumentaci a vkládá novou verzi, kde je uveden opravený termín dodání.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v návrhu kupní smlouvy (čl. IX) stanovuje výši pokuty za prodlení s termínem dodání zboží 10 000 Kč.

Uchazeč se domnívá, že výše smluvní pokuty je nepřiměřená a v rozporu s dobrými mravy.

Obvyklou obchodní zvyklostí bývá, že smluvní pokuta za prodlení s dodáním je stanovena v poměru k ceně zboží či zařízení, např. 0,1 % z ceny zařízení za každý den prodlení.

Uchazeč proto žádá, aby výše smluvní pokuty byla snížena na přiměřenou výši.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se nedomnívá, že stanovená smluvní pokuta je nepřiměřená, neboť dle ustálené praxe je možné za nepřiměřenou a v rozporu s dobrými mravy považovat smluvní pokutu přesahující 0,5 % z předmětu plnění. Stanovená smluvní pokuta představuje 0,33 % z maximální nabídkové ceny, avšak v zájmu zachování dobrých vztahů s dodavateli upravuje zadavatel smluvní pokutu na 0,1 % z ceny předmětu veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel přikládá upravenou přílohu č. 3.

Dotaz č. 4:

Kamerová hlava:

Zadavatel požaduje rozlišení kamerové hlavy ve standardu Full HD (1920 x 1080px) Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové hlavy s rozlišením 4K (3840 x 2160px)? Vyšší rozlišení přináší výrazně lepší kvalitu obrazu, ostrost detailů a přesnost vizualizace intraartikulárních struktur, což má přímý dopad na diagnostickou jistotu i komfort operátora. Tato technologie zároveň zajišťuje vyšší míru udržitelnosti systému a kompatibilitu s moderními zobrazovacími zařízeními.

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové hlavy s ovládáním zoomu tlačítky a ostření prstencem u okuláru tj. vše jednou rukou?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat dodání kamerové hlavy s rozlišením 4K (3840 x 2160px).

Ano, zadavatel bude akceptovat dodání kamerové hlavy s ovládáním zoomu tlačítky a ostření prstencem u okuláru tj. vše jednou rukou?

Dotaz č. 5:

Optika pro artroskopii:

Zadavatel požaduje optiku pro artroskopii s obrazovým výstupem ve standardu Full HD. Bude zadavatel akceptovat dodání optiky, která nabízí přenos obrazu v rozlišení 4K? Vyšší rozlišení přináší zásadní zlepšení kvality vizualizace – ostřejší obraz, lepší rozlišení jemných struktur a vyšší přesnost při identifikaci anatomických detailů. Tato technologická výhoda přispívá ke zvýšení bezpečnosti výkonu, komfortu operátora a zároveň zajišťuje kompatibilitu s moderními zobrazovacími systémy.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat dodání optiky, která nabízí přenos obrazu v rozlišení 4K.

Dotaz č. 6:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci parametr: Kamerová hlava, TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kamerová hlava (1 ks)

- kamerová hlava pracující v nativním rozlišení FULL HD 1920 x 1080 s jedním čipem
- autoklárovatelná v parním sterilizátoru na 134°C

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace dodání řešení požadované autoklárovatelné 134°C kamerové hlavy v požadovaném rozlišení FULL HD 1920 x 1080 s 3x čipem?

Jedná se o pokročilejší technické řešení se 3 chipy místo jediného, splňující stejný technický účel vizualizace a splňuje technické požadavky zadavatele na autoklárovatelnou celokovovou kamerovou hlavu pro artroskopickou sestavu.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat bez jakékoli penalizace dodání řešení požadované autoklárovatelné 134°C kamerové hlavy v požadovaném rozlišení FULL HD 1920 x 1080 s 3x čipem.

Dotaz č. 7:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci parametr: Objektiv pro optiky, TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Uchazeč žádá o zpřesnění požadovaného produktu „Objektiv pro optiky“

- Jaká je požadovaná pracovní délka optiky?
- Jaký je požadovaný vnější průměr optiky?
- Jaký je požadovaný přenos kvality obrazu WLI spektra optiky?
HD nebo 4K Ultra HD?

Pro odpovídající typ optiky v cenové nabídce se správnými a zákazníkem požadovanými parametry.

Odpověď zadavatele:

Jaká je požadovaná pracovní délka optiky?

Délka optiky je uvedena v Technické specifikaci v odstavci Optika pro artroskopii. Objektiv pro optiku musí být kompatibilní se specifikovanou optikou.

Jaký je požadovaný vnější průměr optiky?

Vnější průměr optiky je uveden v Technické specifikaci v odstavci Optika pro artroskopii. Objektiv pro optiku musí být kompatibilní se specifikovanou optikou.

Jaký je požadovaný přenos kvality obrazu WLI spektra optiky? HD nebo 4K Ultra HD?
Požadovaný přenos kvality obrazu je FULL HD nebo vyšší.

Dotaz č. 8:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci parametr: Zdroj světla, TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zdroj světla (1 ks)

- světelný zdroj odpovídající výkonu 1800 Lumenů (akceptujeme jak LED tak XENON)

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace dodání řešení **5LED zdroje světla** poskytující výkon odpovídající výkonu 300 W xenonu, s 5x LED světelným tokem 1560 lm.

Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný technický účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny technické požadavky zadavatele na standartní zobrazení celého 4K spektra bílého světla LED světelného zdroje včetně dalších optických zobrazovacích metod N-IR, NBI, YE.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat bez jakékoliv penalizace dodání řešení **5LED zdroje světla** poskytující výkon odpovídající výkonu 300 W xenonu, s 5x LED světelným tokem 1560 lm.

Dotaz č. 9:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci parametr: Zdroj světla, TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zdroj světla (1 ks)

- životnost lampy min. 30 000 hod.

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace dodání řešení zdroj LED světla s 5x LED lampou, každá s životností min. 10 000 hodin.

Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný technický účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny technické požadavky zadavatele na životnost v pracovních hodinách LED světelného zdroje.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat bez jakékoliv penalizace dodání řešení zdroj LED světla s 5x LED lampou, každá s životností min. 10 000 hodin.

Dotaz č. 10:

Dle čl. V. odst. 5.1 písm. e) návrhu kupní smlouvy je prodávající povinen nastoupit na opravu do 24 hodin od nahlášení.

Běžnou obchodní praxí a zvyklostí je sice reakce do 24 hodin, nicméně nástup servisního technika je do 3 pracovních dnů.

Bude zadavatel akceptovat změnu uvedeného ustanovení v návrhu kupní smlouvy takovýmto způsobem:

„e) zajistit bezplatný servis zboží, a to včetně cestovného a náhradních dílů po dobu poskytnuté záruky, příjezd technika do 72 hod. od nahlášení závady po celou dobu poskytnuté záruky“?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepřipouští navrhovanou změnu kupní smlouvy.

Dotaz č. 11:

Dle čl. V. odst. 5.1 písm. f) návrhu kupní smlouvy je prodávající povinen zajistit náhradní zboží v případě poruchy nebo oprav delších než 24 hodin.

Běžnou obchodní praxí a zvyklostí je dodání náhradního zdravotnického prostředku v případě poruchy nebo opravy delší než 3 pracovní dny.

Bude zadavatel akceptovat změnu uvedeného ustanovení v návrhu kupní smlouvy takovýmto způsobem:

„f) v případě poruchy nebo oprav delších než 72 hodin bezplatně zajistit kupujícímu možnost užívání zboží, které mají stejné parametry jako zboží a jsou kompatibilní s přístrojovým vybavením kupujícího,“?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepřipouští navrhovanou změnu kupní smlouvy.

Dotaz č. 12:

Dle čl. VI. odst. 6.2 návrhu kupní smlouvy je prodávající povinen poskytnout kupujícímu záruku na zboží v délce 36 měsíců.

Běžnou obchodní praxí a zvyklostí – byť zákonem to stanoveno není – je záruka v délce 24 měsíců.

Bude zadavatel akceptovat změnu uvedeného ustanovení v návrhu kupní smlouvy takovýmto způsobem:

„6.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku 24 měsíců na dodané zboží, a to ode dne instalace a uvedení zboží do provozu dle Předávacího protokolu.“?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepřipouští navrhovanou změnu kupní smlouvy.

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně zadávacích podmínek, tak se zadavatel rozhodl lhůtu pro podání nabídek změnit tak, že nově je možné podat nabídky nejpozději do 28.10.2025.

.....
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Mgr. Vojtěch Remeň, MBA
předseda představenstva