

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 ze dne 7. 11. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“),

Zdravotnický spotřební materiál – operační pláště 2025 Část 1 - Operační pláště SMMS a Spunlace

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupen: MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D., předsedou představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2025 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2025-053651.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: V rámci přípravy vzorků jsme zjistili následující skutečnosti, které bychom rádi upřesnili, aby byly vzorky vyrobeny přesně podle požadavků zadavatele: 1. Pro výrobu chirurgických plášťů je na trhu v současné době dostupná šíře netkané textilie maximálně 160 cm. Tato šíře umožňuje bez problémů zajistit všechny požadované velikosti plášťů, s výjimkou velikosti 3XL (délka 180 cm). U této velikosti nebude možné vyrobit vzorek z jednoho kusu látky – plášť bude proto u vzorku zhotoven ze dvou dílů ultrazvukově spojených po stranách (od podpaží dolů). Ve výrobní sérii po uzavření rámcové smlouvy bude plášť 3XL vyráběn již z jednoho kusu materiálu bez bočních švů, z textilie širšího formátu. Žádáme o potvrzení, že tato úprava vzorku (pouze pro velikost 3XL) je pro účely hodnocení vzorků akceptovatelná, pokud finální výrobek bude v souladu s technickou specifikací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že akceptuje předložení vzorku operačního pláště vyrobeného ze dvou kusů materiálu pro účely hodnocení vzorků. V případě uzavření smlouvy však dodavatel bude povinen dodávat operační pláště vyrobené z jednoho kusu, v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2: V technické specifikaci je u větších velikostí (délky 150 cm a 170 cm) uvedena šířka zesílené části 50 cm. Výrobce nyní může u vzorků zajistit šířku zesílení 49–49,5 cm, přičemž ve výrobní sérii po zahájení dodávek již bude šířka zesílení plných 50 cm. Prosíme o potvrzení, zda je tato odchylka u vzorku v šířce zesílení (max. o 0,5 cm) akceptovatelná pro účely hodnocení vzorků.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel potvrzuje, že akceptuje předložení vzorku operačního pláště, u kterého je zesílená část menšího rozměru, než je požadováno v zadávací dokumentaci, a to pouze pro účely hodnocení vzorků. V případě uzavření smlouvy bude však dodavatel povinen dodávat operační pláště, jejichž zesílená část bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace.

V Českých Budějovicích, dne 7. 11. 2025

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek