

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6 ze dne 12. 11. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“),

Zdravotnický spotřební materiál – operační pláště 2025 Část 1 - Operační pláště SMMS a Spunlace

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupen: MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D., předsedou představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2025 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2025-053651.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24. 10. 2025 zadavatel uvedl, že rozměry jsou vymezeny v rozmezí 15 cm, což chápeme jako vztahující se k údaji „obvod hrudníku“. Rádi bychom si však upřesnili, jak je stanoven a měřen rozměr uvedený v názvu položky (např. „Operační plášť 130 cm, zavínovací“): • zda se tento rozměr měří od nejvyššího bodu ramene po spodní lem (tedy celková délka pláště včetně límce), nebo jiným způsobem, • a zda lze u tohoto rozměru uplatnit obdobný toleranční rozptyl jako je uveden u obvodu hrudníku (např. ± 15 cm). Toto upřesnění je nezbytné pro přesné zhotovení vzorků a ověření shody s technickou specifikací. Vzhledem k tomu, že příprava vzorků ve spolupráci s výrobou probíhá paralelně s vysvětlováním technických parametrů (včetně rozměrů a zesílených částí), žádáme zadavatele o zvážení případného prodloužení lhůty pro podání nabídek, aby mohly být všechny vzorky vyrobeny podle finálně potvrzených parametrů.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel sděluje, že u položek, v jejichž názvu je uveden rozměr (např. „Operační plášť 130 cm, zavínovací“), se tento rozměr vztahuje k celkové délce pláště měřené **od ramen (nejvyššího bodu ramene) ke spodnímu lemu** oděvu viz. obrázek.



Zadavatel dále uvádí, že **na uvedenou délku operačního pláště není stanovena žádná toleranční odchylka**. Tolerance v rozmezí ± 15 cm, uvedená ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24. 10. 2025, se vztahuje výhradně k parametru **obvodu hrudníku**.

Zadavatel uvádí, že technické specifikace a rozměry operačních plášťů byly stanoveny s ohledem na provozní potřeby a zkušenosti zdravotnického zařízení. Zadavatel má za to, že rozměry i ostatní technické parametry jsou stanoveny dostatečně a mohou je splnit různí dodavatelé na trhu. Z tohoto důvodu zadavatel **nepřistupuje ke změně stanovených rozměrů ani jiných technických požadavků**.

Zadavatel současně nepředpokládá další prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Celková lhůta pro podání nabídek činí 51 kalendářních dnů, včetně prodloužení o 17 dnů**, které bylo umožněno na základě změny zadávací dokumentace.

V Českých Budějovicích, dne 12. 11. 2025

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek