

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 ze dne 14. 11. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“),

„Zdravotnický spotřební materiál - operační pláště 2025 II“

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupen: MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D., předsedou představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 24. 10. 2025 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2025-060058.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: V požadavcích na předmět plnění jsou u operačních plášťů uvedeny věcné parametry (materiál, bariérové a mechanické vlastnosti apod.). Zadávací dokumentace však neobsahuje úplný a jednoznačný výčet závazných technických norem a zkušebních metod včetně edice/roku, podle nichž budou splnění těchto požadavků a porovnatelnost nabídek posuzovány. Například norma EN 13795-1 doznala v roce 2025 revize (EN 13795-1:2025), která nahradila edici 2019+A1:2021; změny se týkají mj. terminologie, struktury požadavků a odkazů na zkušební metody, takže bez určení edice/roku nelze nabídky objektivně srovnat. Za účelem zajištění transparentního a nediskriminačního hodnocení proto žádáme o doplnění ZD o kompletní seznam závazných technických norem a zkušebních metod (včetně přesného označení a roku vydání). Zároveň prosíme o upřesnění, jakým způsobem budou uvedené technické/výkonnostní vlastnosti ověřovány a hodnoceny. Jedná se o stejný případ jako paralelní veřejné zakázky na pláště SMMS a Spunlace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel sděluje, že požadavky na předmět plnění jsou v zadávací dokumentaci stanoveny dostatečně konkrétně a jednoznačně prostřednictvím popisu věcných parametrů (zejména materiálových, bariérových a mechanických vlastností), které zajišťují požadovanou úroveň kvality, bezpečnosti a funkčnosti nabízených operačních plášťů.

Zadavatel nestanovuje závazný a vyčerpávající výčet konkrétních technických norem, edic či roků jejich vydání, neboť by takovým postupem mohl nepřiměřeně omezit hospodářskou soutěž a znevýhodnit dodavatele, jejichž výrobky splňují požadované parametry podle jiných, avšak ekvivalentních technických norem. Cílem zadavatele je

umožnit účast různých dodavatelů, jejichž výrobky prokazatelně naplňují požadované technické a výkonnostní charakteristiky, a současně zachovat zásadu transparentnosti a nediskriminace.

Splnění požadovaných parametrů budou uchazeči prokazovat předložením příslušných zkušebních protokolů, certifikátů nebo jiných rovnocenných dokladů vydaných akreditovanou osobou, z nichž bude zřejmé, že nabízené výrobky splňují požadované technické a výkonnostní vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel při hodnocení posoudí, zda předložené doklady jednoznačně prokazují splnění stanovených požadavků, bez ohledu na konkrétní edici technické normy, podle níž byly zkoušky provedeny, pokud jsou výsledky objektivně srovnatelné.

Z uvedených důvodů zadavatel nepovažuje za potřebné doplňovat zadávací dokumentaci o konkrétní seznam závazných technických norem a zkušebních metod včetně označení a roku vydání.

Dotaz č. 2:

Velikosti u operačních plášťů zavinovacího i nezavinovacího typu jsou zadavatelem stanoveny takto:

Popis zboží	Materiál	Vyztužený	Obvod hrudníku	Vnitřní délka rukávu *
Operační plášť 130 cm, zavinovací	SMS	NE	150 - 165 cm	60,5 cm
Operační plášť 150 cm, zavinovací	SMS	NE	160 - 175 cm	64 cm
Operační plášť 130 cm, nezavinovací	SMS	NE	150 - 165 cm	60,5 cm
Operační plášť 150 cm, nezavinovací	SMS	NE	160 - 175 cm	64 cm

Bude prosím zadavatel akceptovat níže uvedené velikosti plášťů?

Popis zboží	Materiál	Vyztužený	délka pláště	obvod hrudníku	délka rukávu od krku*
Operační plášť L zavinovací	SMMS	NE	127	158	80
Operační plášť XL zavinovací	SMMS	NE	147	170	88
Operační plášť L nezavinovací	SMMS	NE	123	156	79
Operační plášť XL nezavinovací	SMMS	NE	149	156	85

Délku rukávu u našeho typu plášťů nelze bohužel měřit od vnitřního švu, protože u raglánových rukávů, tento šev neexistuje. Proto je délka našeho rukávu výrazně větší.

Prosíme zadavatele o možnost alternativního řešení zapínání operačního pláště u krku. Naše operační pláště disponují patentovaným uzavíratelným systémem Combatape. Je flexibilní a jednoduše aplikovatelný. Jeho výhodou je, že neškrtí u krku, protože lepí na každém místě na zádech, lepí bezpečně a spolehlivě a netrhá vlasy.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Po důkladném posouzení předmětného požadavku zadavatel konstatuje, že stanovené technické parametry byly určeny v souladu s reálnými potřebami zadavatele a s ohledem na zásady transparentnosti, přiměřenosti a zákazu diskriminace.

Technické specifikace byly formulovány tak, aby odpovídaly účelu veřejné zakázky a zajistily hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků. Zadavatel je přesvědčen, že požadované parametry neomezují hospodářskou soutěž více, než je nezbytné, a umožňují účast širokého okruhu dodavatelů schopných nabídnout odpovídající plnění.

Z uvedených důvodů zadavatel nepřistupuje k úpravě technických specifikací dle návrhu účastníka a ponechává zadávací dokumentaci v původním znění.

Současně zadavatel uvádí, že nové zpracování či konstrukční řešení (např. způsob zapínání u krku) může dodavatel v průběhu plnění veřejné zakázky zadavateli prezentovat v rámci běžné spolupráce, zejména ve vazbě na obchodní oddělení. Pokud by se v rámci testování či praktického využití takové řešení prokázalo jako vyhovující a přínosné, může zadavatel tuto možnost zohlednit při přípravě a vyhlášení navazující nebo opakované veřejné zakázky.

Dotaz č. 3:

Dle technické specifikace zadavatel uvádí, že ručník není součástí požadovaného předmětu plnění, nepožadujeme ani jako samostatně balený. Hlavní výhodou operačního pláště, který je dodáván společně s ručníkem (nebo ručníky) v jednom sterilním balení, je zajištění maximální sterility, hygieny a komfortu během chirurgického zákroku. Ručníky v balení často doplňují pláště, které samy o sobě fungují jako bariéra proti pronikání mikroorganismů a tělních tekutin, čímž chrání pacienta i personál.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat operační pláště s ručníkem?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel potvrzuje, že dle technické specifikace ručník není součástí požadovaného předmětu plnění a nepožaduje jeho dodání, a to ani samostatně balený. Současně upřesňuje, že dodávku ručníku nežadá ani v případě, že by ji dodavatel chtěl poskytnout na vlastní náklady, neboť ručníky nebudou využity a představovaly by pouze zbytečný odpad a navýšení nákladů na jeho likvidaci.

Zároveň zadavatel zdůrazňuje, že nadbytečné přílohy, které nejsou využitelné, jsou v rozporu s principy environmentálně odpovědného zadávání, neboť zbytečně zvyšují materiálovou spotřebu, uhlíkovou stopu i objem odpadu.

Zadavatel se zaměřuje výhradně na hodnocení ceny za 1 ks operačního pláště. Dodání ručníku proto není žádoucí a nabídky jej obsahující mohou být požádány o nápravu, pokud by ručník ovlivnil balení, sterilitu či jiný parametr pláště dle technické specifikace.

V Českých Budějovicích, dne 14. 11. 2025

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek