

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 6. 2. 2026

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### **Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému 2026**

#### **Část 2 Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky jištěná a nejištěná Část 3 Fúzní náhrady bederní meziobratlové ploténky – PLIF, TLIF, ALIF**

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**  
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva  
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01  
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 28. 1. 2026 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2026-005603

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

**Dotaz č. 1:** 4.1.8. Technická specifikace Část 2:  
Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky – s osteointegračním povrchem / 3D tištěná  
- nabízený systém musí mít minimálně 7 výšek implantátu - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm  
Dotaz: Budou akceptovatelné výšky - 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm?

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**  
Zadavatel uvádí, že v rámci uvedeného požadavku bude akceptovat výšky implantátu specifikované účastníkem v dotazu, tj. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 mm.

**Dotaz č. 2:** 4.1.9. Technická specifikace Část 3:  
Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky – PLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná  
- 3D Klec musí mít výšku v rozmezí od minimálně 8 mm do minimálně 15 mm, odstupňovaná výška po 1 mm  
Dotaz: Budou akceptovatelné výšky od 7 do 14 mm? Odstupňovaná výška po 1 mm.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**  
Zadavatel uvádí, že v rámci uvedeného požadavku bude akceptovat výšky implantátu specifikované účastníkem v dotazu, tj. v rozmezí od 7 do 14 mm, s odstupňováním po 1 mm.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:**

Vzhledem k provedené změně v zadávací specifikaci zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 3. 2026 v 9:00 hodin.

V Českých Budějovicích

Dne 6. 2. 2026

Zdeňka Nigrinová

oddělení veřejných zakázek