

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 12. 2. 2026

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému 2026

Část 2 Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky jištěná a nejištěná
Část 3 Fúzní náhrady bederní meziobratlové ploténky – PLIF, TLIF, ALIF

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 28. 1. 2026 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2026-005603

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: Zadavatel uvádí v bodě 4.1.6. ZD – Předmět veřejné zakázky: Zakázka je v souladu § 101 ZZVZ rozdělena na 4 části. Zadavatel dále rozdělil části 2, 3, a 4 do dalších několika podskupin, přičemž požadované systémy v jednotlivých podskupinách jsou zcela rozlišné a na sobě vzájemně nezávislé.
Uchazeč by velice rád podal nabídku do částí 2 a 3, ale vzhledem k tomu, že nemůže nabídnout plnění do všech podskupin a hodnotí se celková nabídková cena za celou část, nemůže podat nabídku do žádné z uvedených částí.

Mohl by zadavatel zvážit, možnost rozdělení částí 2 a 3 na jednotlivé části, aby bylo možné podat nabídku na jednotlivé podskupiny a umožnit tak rozšíření počtu možných uchazečů?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel po přezkoumání podmínek zadávací dokumentace a s ohledem na zásady uvedené v § 6 ZZVZ konstatuje, že návrh dodavatele je důvodný. Zadavatel souhlasí s tím, že rozdělení předmětu veřejné zakázky na více samostatných částí by mohlo přispět k širší hospodářské soutěži a umožnit účast širšímu okruhu dodavatelů.

Vzhledem k tomu, že rozdělení veřejné zakázky na části představuje podstatnou změnu zadávacích podmínek, která by měla vliv na okruh potenciálních dodavatelů a přípravu nabídek, nelze tuto změnu provést v rámci probíhajícího zadávacího řízení.

Zadavatel proto přistoupí ke zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 ZZVZ a následně zahájí nové zadávací řízení, v němž bude předmět veřejné zakázky rozdělen na více částí dle § 35 ZZVZ.

O zrušení zadávacího řízení bude zadavatel dodavatele informovat samostatným rozhodnutím zveřejněným v souladu se ZZVZ.

Dotaz č. 2: Zadavatel uvádí v bodě 4.1.9. ZD – Technická specifikace Část 3: v podskupině 2) Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - TLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné požadavek: 3D Klec musí mít výšku v rozmezí od minimálně 7 mm do minimálně 17 mm, odstupňovaná výška po 1 mm.

Uchazeč může nabídnout rozsah 7-15 mm, který se z dosavadní klinické zkušenosti jeví jako dostačující a systém s tímto rozsahem je v klinické praxi úspěšně dlouhodobě používán.

Bude zadavatel akceptovat nabídku s výškou kleci v rozmezí 7–15 mm, při zachování medicínského účelu?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel uvádí, že v rámci uvedeného požadavku bude akceptovat výšku klece specifikované účastníkem v dotazu, tj. v rozmezí od 7 do 15 mm, při zachování medicínského účelu.

V Českých Budějovicích

Dne 12. 2. 2026

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek