

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 ze dne 18. 2. 2026

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému 2026

Část 3 Fúzní náhrady bederní meziobratlové ploténky – PLIF, TLIF, ALIF

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 28. 1. 2026 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2026-005603

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: Rádi bychom požádali o písemné vysvětlení zadávací dokumentace.
V technické specifikaci dle bodu 4.1.9. Technická specifikace Část 3: zadavatel požaduje:
1) Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - PLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná
2) Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky – TLIF – s osteointegračním povrchem / 3D tištěná
3) Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky pro přední přístup – ALIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Rádi bychom se zúčastnili s produktem pro podskupinu 2) Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky – TLIF – s osteointegračním povrchem / 3D tištěná.
Pro tuto podskupinu zadavatel požaduje implantát, v rozmezí výšek 7-17 mm, odstupňovaná výška po 1 mm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku pro část 3, která bude obsahovat pouze nabídku s produkty pro variantu TLIF? Pokud ano, náš implantát, který bychom chtěli nabídnout je v rozmezí výšek 8-15 mm, odstupňovaná po 1 mm. Bude zadavatel akceptovat takovou nabídku?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel uvádí, že VZ pro část 2 Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky jištěná a nejištěná a VZ pro část 3 Fúzní náhrady bederní meziobratlové ploténky - PLIF, TLIF, ALIF bude zrušena za účelem rozdělení na více částí, viz. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. ze dne 12. 2. 2026.

Po zvážení dospěl zadavatel k rozhodnutí, že zohlední Váš požadavek na implantát v rozmezí výšek 8-15 mm, odstupňovaný po 1 mm.

Zadavatel upřesňuje, že tato úprava zadávací dokumentace se s ohledem na připravované rozhodnutí o zrušení aktuální veřejné zakázky projeví až v novém zadávacím řízení.

V Českých Budějovicích

Dne 18. 2. 2026

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek