

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 10. 3. 2026

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria 2026 II

Část 1: Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná
Část 5: Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - ALIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2026 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2026-011276.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: Pro část 1

Zadavatel v příloze P3ZD – Specifikace – Ceník, konkrétně v Technické specifikaci, pro část 1, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné uvádí požadavek: „systém musí obsahovat možnost fixování implantátu pomocí šroubů do sousedních obratlových těl“.

S ohledem na fakt, že výše uvedená podmínka je uvedena též ve výčtu parametrů pro část 2, která má přímo v názvu uvedeno: Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky s jisticími/integrovanými vruty na rozdíl od části 1, není uchazeči tento požadavek pro část 1 zcela jasný.že

Mohl by zadavatel vyjasnit výše uvedené, tedy, zda požaduje v části 1 splnění parametru: systém musí obsahovat možnost fixování implantátu pomocí šroubů do sousedních obratlových těl? Bude zadavatel akceptovat nabídku do části jedna splňující všechny požadované parametry bez možnosti fixování implantátu pomocí šroubů do sousedních obratlových těl?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že u části 1 veřejné zakázky nebude trvat na splnění parametru „systém musí obsahovat možnost fixování implantátu pomocí šroubů do sousedních obratlových těl“.

Uvedený požadavek je relevantní pro část 2, která se týká fúzní náhrady krční meziobratlové ploténky s jisticími/integrovanými vruty.

Zadavatel potvrzuje, že bude akceptovat nabídku, která splňuje všechny ostatní požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci, i bez možnosti fixování implantátu pomocí šroubů do sousedních obratlových těl.

Dotaz č. 2: Pro část 5

Zadavatel v příloze P3ZD – Specifikace – Ceník, konkrétně v Technické specifikaci, pro část 5 ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné uvádí požadavek: „3D ALIF Klec musí mít možnost zavedení technikou ALIF, alternativně OLIF, XLIF“.

Uchazeč může nabídnout systém u kterého je v operačním postupu uvedeno, že implantát je možné zavést antero, nebo anterolaterálně.

Bude zadavatel výše uvedený popis akceptovat jako splnění výše uvedeného požadovaného parametru?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že bude akceptovat nabídku systému, u kterého je v operačním postupu uvedeno, že implantát je možné zavést anteriorem nebo anterolaterálním přístupem, pokud tím bude naplněn požadavek zadavatele na možnost zavedení implantátu technikou ALIF, případně alternativně OLIF nebo XLIF.

Takto popsané řešení bude zadavatel považovat za splnění požadovaného technického parametru uvedeného v části 5 technické specifikace.

Dotaz č. 3: Pro část 5

Zadavatel v příloze P3ZD – Specifikace – Ceník, konkrétně v Technické specifikaci, pro část 5 ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné uvádí požadavek: „3D Klec musí mít minimálně 7 výšek implantátu a to sice 10, 12,14, 16, 18, 20, 22 mm“.

Uchazeč může nabídnout systém v rozpětí výšek implantátu 8 – 18mm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku systému s rozpětím velikostí výšek implantátu 8 – 18mm?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel uvádí, že v rámci uvedeného požadavku bude akceptovat rozpětí výšek implantátu 8 – 18 mm, při zachování medicínského účelu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Zadavatel uvádí, že změny a upřesnění uvedené v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 mají pouze charakter upřesnění a dílčích úprav technických parametrů a nepředstavují podstatnou změnu zadávacích podmínek.

Z uvedeného důvodu zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Českých Budějovicích

Dne 10. 3. 2026

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek