

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 16. 3. 2026

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria 2026 II

Část 1: Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Část 2: Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky s jisticími/integrovanými vruty – s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Část 4: Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky – TLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2026 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2026-011276.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: Pro část 1 a část 2

Jsou hodnoty v Kč u části 1 a 2 stanovené správně? Prosím o prověření.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel na základě obdrženého dotazu provedl kontrolu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Část 1: Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Po důkladné úvaze zadavatel konstatuje, že předpokládanou hodnotu navýší. Původně uvedená předpokládaná hodnota ve výši **3 902 000 Kč bez DPH** se tímto upravuje na **5 750 000 Kč bez DPH** pro stanovené množství a dobu trvání uvedené v zadávací dokumentaci.

Úprava předpokládané hodnoty u části 1 bude současně provedena také ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.

Část 2: Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky s jisticími/integrovanými vruty - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

U části 2 zůstává předpokládaná hodnota beze změny.

Dotaz č. 2: Pro část 4

3D Klec musí mít výšku v rozmezí od minimálně 8 mm do minimálně 15 mm, odstupňovaná výška po 1 mm. Je akceptovatelná výška 7 – 14 mm, odstupňovaná po 1 mm?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel uvádí, že v rámci uvedeného požadavku bude akceptovat rozmezí výšky klece 7 – 14 mm odstupňované po 1 mm, při zachování medicínského účelu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Část 1:

Vzhledem k provedené změně v zadávací specifikaci pro Část 1 Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky – s osteointegračním povrchem / 3D tištěná zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **20. 4. 2026 v 9:00 hodin.**

V Českých Budějovicích
Dne 16. 3. 2026

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek