

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 23. 3. 2026

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Sérologické vyšetření infekčních markerů na principu chemiluminiscence u dárců krve a krevních složek pro Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., s výpůjčkou dvou analyzátorů

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2026 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2026-011230.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

(Specifita testů - čl. 4.2.1)

V technické specifikaci dle čl. 4.2.1 Technické požadavky a specifikace analyzátorů zadávací dokumentace je uveden požadavek na „specifitu testů HIV 1,2 Ag/Ab, HBsAg, anti-HCV a syfilis minimálně 99,85 %“.

Domníváme se správně, že uvedená minimální specifita 99,85 % se vztahuje ke specifitě deklarované pro populaci dárců krve, nikoliv ke specifitě celkové včetně pacientů?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Ano, požadovaná specifita 99,85 % se vztahuje ke specifitě deklarované pro populaci dárců krve.

Dotaz č. 2:

(Výklad požadavku na kalkulaci ceny dle čl. 4.2.2 a Přílohy č. 2)

V čl. 4.2.2 zadávací dokumentace je uvedeno:

„Účastník uvede náklady na test/vyšetření se zohledněním veškerého potřebného spotřebního materiálu, reagensů a kontrol v souladu s doporučením výrobce pro počet a spektrum vyšetření uvedený v Příloze č. 2.“

V Příloze č. 2 – Soupis dodávek (Ceník) je dále uvedena tabulka, v níž má účastník doplnit cenu za 1 ks kompletního vyšetření/testů pro jednotlivé screeningové metody (HIV 1/2 + Ag p24, HBsAg, Anti-HBc, Anti-HCV, syfilis) a sazbu DPH.

Chápeme správně, že počty uvedené v tabulce Přílohy č. 2 představují počty vyšetřených dárců za rok, tj. počet realizovaných screeningových vyšetření dárců, nikoliv součet všech jednotlivých testů (tj. počty spotřebovaných testů reagensů) provedených v průběhu roku?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Ano, počty uvedené v tabulce Přílohy č. 2 představují počty vyšetřených dárců za rok, nikoliv součet všech jednotlivých testů.

Dotaz č. 3:

(Struktura ceny za 1 ks kompletního vyšetření/testů)

Za předpokladu, že se jedná o počty vyšetřených dárců, prosíme o potvrzení, že:

Cena za 1 ks kompletního vyšetření/testů bez DPH, uvedená v Příloze č. 2, má obsahovat veškeré náklady spojené s provedením vyšetření dané metody, tj.:

- spotřebu příslušných reagensů pro vyšetření daného vzorku dárce,
- poměrnou část reagensů použitých na kalibrátory, kontroly a jejich měření,
- poměrnou část spotřeby příslušných reagensů pro případná opakování vzorků, kalibrátorů, kontrol
- spotřebovaný společný a pomocný materiál,
- veškeré materiály potřebné dle doporučení výrobce

Vzhledem k tomu, že se jedná o kalkulovanou souhrnnou cenu, která zahrnuje položky s různou sazbou DPH, není z tohoto důvodu možné jednoznačně přiřadit jedinou sazbu DPH k výsledné ceně uvedené v Příloze č. 2.

Prosíme o úpravu tabulky, případně o potvrzení, že je přípustné doplnit do sloupce F více hodnot sazeb DPH (12 % a 21 %) a do sloupce „Cena s DPH“ uvést příslušnou, námi vypočítanou, hodnotu DPH odpovídající součtu konkrétních sazeb (nikoliv hodnotu automaticky kalkulovanou vzorcem v tabulce).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel připouští možnost, aby účastník doplnil více sazeb DPH do sloupce F v Příloze č. 2 a dále do sloupce G uvedl hodnotu součtu všech vypočtených částek DPH bez ohledu na nastavený vzorec v tabulce. Výsledná hodnota v sloupci H tak bude odpovídat součtu částek za veškeré náklady na konkrétní vyšetření/metodu s příslušnými sazbami DPH.

Dotaz č. 4:

(Návrh upřesnění struktury Přílohy č. 5 – Položkový ceník)

Vzhledem k tomu, že celkovou nabídkovou cenu s DPH lze přesně stanovit pouze tehdy, pokud bude možné vyčíslit:

- počet jednotek každé položky spotřebované za rok,
- její jednotkovou cenu,
- příslušnou sazbu DPH,

dovolujeme si požádat o upřesnění, zda zadavatel uvažuje o doplnění Přílohy č. 5 – Položkový ceník o sloupec „předpokládané množství za rok“, aby bylo možné transparentně a jednoznačně stanovit celkovou nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH i cenu s DPH.

Takto doplněná struktura by umožnila jednoznačnou a auditovatelnou kalkulaci celkové nabídkové ceny.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Zadavatel neuvažuje o doplnění sloupce do Přílohy č. 5 – Položkový ceník.

Do Přílohy č. 5 účastník vyplňuje jednotkové ceny a konkrétní výši DPH ke všem nabízeným položkám a produktům, které uvádí ve své nabídce a které budou spolu s ostatními požadovanými údaji v případě výběru dodavatele sloužit zadavateli k zavedení do objednávkového systému.

Pro hodnocení nabídkové ceny jsou směrodatné údaje obsažené v příloze č. 2 Soupis dodávek – ceník.

Dotaz č. 5:

(Dodací listy čl. 4.2.1)

V technické specifikaci dle čl. 4.2.1 Technické požadavky a specifikace analyzátorů zadávací dokumentace je uveden požadavek “Dodavatel musí umožňovat dodací listy v elektronické podobě”.

Tento základní technický požadavek plně splňujeme, nicméně bychom se rádi zeptali, zda bude Zadavatel akceptovat elektronické dodací listy ve formě PDK nikoliv prostřednictvím služby e-kurýr, která je více specifikována v Rámcové kupní smlouvě bod 5.15 a 5.16.

Naše elektronické dodací listy zasíláme emailem v PDK ve verzi 5, 7 nebo xml. Výsledný formát: .dod nebo .xml.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Zadavatel trvá na zasílání elektronických dodacích listů prostřednictvím služby e-kurýr dle podmínek uvedených v Rámcové kupní smlouvě.

Dotaz č. 6:

(Parametry stávající úpravny vody (čl. 4.2.1))

V čl. 4.2.2 zadávací dokumentace (Požadavky na diagnostiku a další požadavky) se uvádí, že „dodavatel prověří kompatibilitu úpravny vody na transfuzním odd., v případě nevyhovujícího výsledku zajistí kompatibilní úpravnu vody“.

Pro možnost řádného posouzení kompatibility a případné kalkulace nákladů na náhradní úpravnu vody si dovoluujeme požádat o doplnění technických parametrů stávající úpravny vody používané na transfuzním oddělení.

Žádáme o sdělení následujících informací:

1. Jaký je průtok / výkon stávající úpravny vody v litrech za hodinu?
2. Jaká je elektrická vodivost vyrobené (vytékající) vody v mS nebo μS ?
3. Jaký je objem rezervoáru (zásobníku) upravené vody v litrech?

Tyto informace jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné provést kvalifikované posouzení kompatibility dle požadavků zadávací dokumentace a případně nabídnout adekvátní řešení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Doplnění požadovaných technických parametrů:

1. Průtok / výkon stávající úpravny vody v litrech za hodinu: 73 000 l/h
2. Elektrická vodivost vyrobené (vytékající) vody v mS nebo μS : 200 až 250 $\mu\text{S}/\text{cm}$
3. Objem rezervoáru (zásobníku) upravené vody v litrech: 450 000 l

Dotaz č. 7:

(P5ZD Položkový ceník, MJV/Balení)

Při kontrole zadávací dokumentace s názvem P5ZD Položkový ceník jsme si všimli nesrovnalosti v části týkající se rozbalovacího seznamu ve sloupci W („MJV/Balení“) na listu Produktové info.

Podle původního nastavení by se v rozbalovací nabídce měla zobrazovat celá sada možností uvedená v pomocném listu MJVBalení, včetně položky „test“. Tato položka se však v nabídce aktuálně nezobrazuje.

Na základě kontroly jsme identifikovali, že rozbalovací seznam je navázán na nesprávný rozsah buněk. V Data Validation je momentálně nastaven rozsah A1:A9, což znamená, že položka „test“, která se nachází v buňce A14, se do nabídky nedostane.

Z přiložených screenshotů je patrné, že pravděpodobně došlo k administrativnímu nedopatření a omylem byla označena menší oblast dat. Prosíme o úpravu souboru, případně o potvrzení, že můžeme rozsah nastavení upravit sami.

	Forma	Vyrobce	TridaNebezp	MJ	MinBaleni	Cena1	DPH	PocetVBaleni	MJVBaleni	VZP	Uhr
Recertifikace	Forma	Výrobce ZP*	Třída rizika*	Obchodní měrná (fakturační) jednotka = MJ*	Minimální objednávková množství MJ	Cena bez DPH za MJ*	Aktuální platná sazba DPH	Kolik je „MJVBaleni“ v „MJ“	skladovací jednotka = MJVBaleni	Kód VZP*	Maximální úhrada pojistkou zdravot.
Název certifikátu	Informace pro naše zdravotníky: po kolika ks, v jaké formě je položka balena	Doplňte výrobce pro všechny položky.	Vyberte z možností. Informaci naleznete na Prohlášení o shodě. Více informací viz záložka Třída rizika.	vyberte MJ z možností.	Minimální objednávková množství MJ	Částka v CZK.	Vyberte sazbu DPH z možností.	Číselná hodnota. např. kolik ks je v jednom balení.	Vyberte z možností. Jde o jednotku, kterou můžeme vykázat na 1 pacienta nebo nejmenší jd. kterou můžeme vydat	Vypíráte 7-místný kód VZP z Úhradového katalogu VZP, nebo zvolte možnost "N", pokud ZP v katalogu není. Více informací viz záložka Kód VZP.	Výše úhrady prostředek veřejné zdravotní pojištění. Zjistíte: aktuální číselníky (odkaz v Kód VZP
	2x600			sada	1			1200	bal		

	Forma	Vyrobce	TridaNebezp	MJ	MinBaleni	Cena1	DPH	PocetVBaleni	MJVBaleni	VZP	Uhrada	RezimZp	NazevDod	UDIDIMJ
Recertifikace	Forma	Výrobce ZP*	Třída rizika*	Obchodní měrná (fakturační) jednotka = MJ*	Minimální objednávková množství MJ	Cena bez DPH za MJ*	Aktuální platná sazba DPH	Kolik je „MJVBaleni“ v „MJ“	skladovací jednotka = MJVBaleni	Kód VZP*	Maximální úhrada pojistkovou za	Právní režim ZP*	Název ZP v regulačních dokumentech	UDI-DI měrné (fakturační) jednotky (MJ)
Název certifikátu	Informace pro naše zdravotníky: po kolika ks, v jaké formě je položka balena	Doplňte výrobce pro všechny položky.	Vyberte z možností. Informaci naleznete na Prohlášení o shodě. Více informací viz záložka Třída rizika.	vyberte MJ z možností.	Minimální objednávková množství MJ	Částka v CZK.	Vyberte sazbu DPH z možností.	Číselná hodnota. např. kolik ks je v jednom balení.	Vyberte z možností. Jde o jednotku, kterou můžeme vykázat na 1 pacienta nebo nejmenší jd. kterou můžeme vydat					
	2x600			sada	1			1200	bal					

Data Validation

Settings Input Message Error Alert

Validation criteria

Allow: List Ignore blank In-cell dropdown

Data: between

Source: =MJVBaleni\$A\$1:\$A\$9

Apply these changes to all other cells with the same settings

Clear All OK Cancel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	bal								
2	cm2								
3	den								
4	g								

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Zadavatel se omlouvá za administrativní pochybení. Potřebný rozsah buněk v sloupci „W“ MJVBaleni na listu Produktové info byl rozšířen o chybějící název jednotky „test“. Aktualizovaná Příloha č. 5 Položkový ceník je součástí tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23. 3. 2026.

V Českých Budějovicích
Dne 23. 3. 2026

Hana Beznosková
oddělení veřejných zakázek

Přílohy:

- P5ZD Položkový ceník aktual_23032026.xlsx