

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 ze dne 23. 3. 2026

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Operační mikroskop pro oftalmologii

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 6. 2026 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2026-011278

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: Zadavatel v bodě 4.2 „Technická specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace mimo jiné požaduje: „Součástí zobrazovacího systému pro zadní segment musí být 10x asférická čočka, držák těchto čoček do optické dráhy mikroskopu – vše sterilizovatelné nebo jednorázové.“

Dotaz: Na základě našich zkušeností jsou u jednorázových čoček prokazatelně vyšší ekonomické náklady na jejich používání. Bude zadavatel akceptovat následující znění: „Součástí zobrazovacího systému pro zadní segment musí být 10x asférická čočka, držák těchto čoček do optické dráhy mikroskopu – vše opakovaně sterilizovatelné“?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel na základě obdržení dotazu a jeho interního posouzení přehodnotil požadavek uvedený v bodě 4.2 „Technická specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace.

Zadavatel tímto stanoví, že nově požaduje následující znění technické specifikace:

„Součástí zobrazovacího systému pro zadní segment musí být 10x asférická čočka, držák těchto čoček do optické dráhy mikroskopu – vše opakovaně sterilizovatelné.“

Zadavatel tedy nebude akceptovat jednorázové čočky.

Zadavatel k této úpravě přistoupil s ohledem na ekonomickou efektivitu provozu a dlouhodobé náklady spojené s používáním jednorázových komponent, které byly identifikovány jako méně výhodné.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

S ohledem na uvedené zadavatel konstatuje, že se jedná o změnu zadávací dokumentace, která může rozšířit či změnit okruh dodavatelů schopných podat nabídku, a proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 4. 2026 v 10:00 hodin.

V Českých Budějovicích dne 23. 3. 2026

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek