

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

na služby zadané v režimu zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
– veřejná zakázka zjednodušené podlimitní řízení

„POZÁRUČNÍ FULL SERVICE – MAGNETICKÁ REZONANCE; PO DOBU 3 LET“

Zadavatel Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 260 95 181
DIČ: CZ 699005400
statutární zástupce: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas, MBA
(email: matas@nemst.cz +420 728 784 906).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou ve zjednodušeném podlimitním řízení (**dále i „zakázka“**) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.
- 1.2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této technické specifikaci.
- 1.3. Zadavatel veřejnou zakázku realizuje prostřednictvím svého elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, který je současně jeho profilem zadavatele, na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html, když výzvu k podání nabídek adresuje kvalifikovaným dodavatelům na základě jejich registrace v elektronickém nástroji zadavatele.

2. Všeobecné podmínky

- 2.1. Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.
- 2.2. Klasifikace předmětu zakázky

Kód CPV	Popis
33113000-5	Zobrazovací zařízení magnetické resonance

Předpokládaná cena za 3 roky: 4 740 000,- Kč bez DPH.

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručního full-servisu zařízení:

Objednatel požaduje plné servisní zajištění pro soubor zařízení:

Výrobce: GE HEALTHCARE COMPANY LIMITED

Označení přístroje: MR Signa Voyager 1,5T,

+ systém pro chlazení MR kompresoru,

+ systém chlazení technické místnosti,

+ injektor pro podání kontrastní látky.

Výrobce: Bayer Medical Care, Inc

Označení přístroje: Injektor k MRi BAYER Spectris Solaris EP

Rok pořízení: 2018.

- plné servisní zajištění souboru zařízení, bude naplňovat minimálně následující požadavky:

veškeré servisní práce a činnosti, včetně všech náhradních dílů, a to bez výjimek na těchto dílech (jako například RF cívky, kompresor He, dochlazovací Hlava He, doplňování He včetně He), vyjma spotřebního materiálu (pokud tento existuje), mimo He a chladících médií tyto musí být zahrnuty v plném servisním zajištění.

- po dobu poskytování tohoto plného pozáručního servisního zajištění pro uvedený soubor zařízení, bude tento rovněž obsahovat a v plném rozsahu zajišťovat provádění: veškeré výrobcem předepsané kontroly, veškeré zákonem předepsané kontroly, bezpečnostně technické kontroly, el.revize, servisní podporu, servisní činnosti, předepsaná školení. O těchto provedených kontrolách, revizích a školeních bude vždy sepsán protokol dle platné legislativy, a tento bude předán odpovědné osobě zastupující nemocnici.

- plné servisní zajištění, bude obsahovat i ostatní nutné náklady spojené s poskytováním servisních služeb jako jsou: doprava, ubytování a ostatní náklady personálu, komplexně logistika náhradních dílů a ostatních komponentů potřebných k výkonu požadovaného servisního zajištění.

4. Doba a místo plnění

4.1. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do konce dubna 2026.

4.2. Předpokládaná realizace služby

- zahájení - 2Q 2026

- dokončení - 2Q 2029.

4.3. Místem plnění oddělení MR.

5. Lhůta pro podání nabídek

5.1. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne **8.4.2026 10:00 hodin**.

5.2. Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě písemně v elektronickém nástroji zadavatele pro zadávání veřejných zakázek na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html a to ve vazbě na zadavatelem odeslanou výzvu k podání nabídek jednotlivým dodavatelům v tomto nástroji.

5.3. Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html.

5.4. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

5.5. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

5.6. Nabídka bude podána v českém jazyce.

5.7. Účastník může podat pouze jednu nabídku, v elektronické podobě.

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

6.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7. Technická specifikace

7.1. Technická specifikace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují tyto přílohy /v elektronické podobě/:

příloha č.1 - Technické specifikace předmětu zakázky MRi_20262403

příloha č.2 - Krycí list MRi_20262403

příloha č.3 - Čestné prohlášení MRi_20262403

příloha č.4 - Pozáruční full MRi_20262403

příloha č.5 - Smlouva o zajištění kybernetické bezpečnosti

příloha č.6 Varování NÚKIB

7.2. Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.

7.3. Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.

7.4. Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, **jedná se o vymezení předpokládaného standardu** a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

7.5. **Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.**

8. Způsob hodnocení nabídek

8.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, **přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**

8.2. Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (viz. Příloha č. 2)

9. Další podmínky

- 9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.
- 9.2. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky.
- 9.3. Variantní řešení se nepřipouští.

Ve Strakonících dne 24.3.2026.

.....

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

Přílohy:

1. příloha č.1 - Technické specifikace předmětu zakázky MRi_20262403
2. příloha č.2 - Krycí list MRi 20262403
3. příloha č.3 - Čestné prohlášení MRi_20262403
4. příloha č.4 - Pozáruční full MRi_20262403
5. příloha č.5 - Smlouva o zajištění kybernetické bezpečnosti
6. příloha č.6 Varování NÚKIB