

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 ze dne 27. 3. 2026

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria 2026 II

Část 1: Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Část 3: Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - PLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Část 4: Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - TLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Část 5: Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - ALIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 2. 2026 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2026-011276.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1: Pro část 1

Zadavatel u části 1 požaduje minimálně 6 výšek implantátu v rozmezí 4 – 9 mm.
Bude zadavatel akceptovat 5 výšek implantátu v rozmezí 5 – 9 mm?

Vysvětlení, změna nebo doplnění na dotaz č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že bude akceptovat nabídku obsahující 5 výšek implantátu v rozmezí 5–9 mm, a to i přesto, že zadávací dokumentace stanovuje požadavek na minimálně 6 výšek implantátu v rozmezí 4–9 mm.

Dotaz č. 2: Pro část 1

Dále zadavatel požaduje 2 různé úhly v sagitální rovině. Disponujeme implantátem s jedním stupněm, a to 5°. Bude zadavatel akceptovat pouze 1 úhel?

Vysvětlení, změna nebo doplnění na dotaz č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že nebude akceptovat nabídku obsahující pouze jeden úhel v sagitální rovině. Zadávací dokumentace stanovuje požadavek na 2 různé úhly, a tento požadavek je nutné splnit v plném rozsahu.

Dotaz č. 3: Pro část 3

Zadavatel u části 3 požaduje minimálně 3 různé příčně-podélné velikosti implantátu. Bude zadavatel akceptovat pouze 2 různé příčně-podélné velikosti implantátu?

Vysvětlení, změna nebo doplnění k dotazu č. 3:

Zadavatel tímto sděluje, že bude akceptovat nabídku obsahující pouze 2 různé příčně-podélné velikosti implantátu, a to i přesto, že zadávací dokumentace stanovuje požadavek na minimálně 3 různé příčně-podélné velikosti implantátu.

Dotaz č. 4: Pro část 3 a 4

Musí mít klec (PLIF anebo TLIF) v každé jednotlivé úhlové variantě (tyto varianty zadavatel uvádí 3 minimálně) zároveň minimálně 3 různé příčně-podélné velikosti implantátu?

Pro každý jednotlivý úhel by se jednalo 3 verze krát 3 úhly a těchto v součinu 9 variantních tvarů by bylo nutné v konsignaci fyzicky dodat pro každou výškovou variantu (8-14, resp. 8-15, inkrementace po 1 mm). Pro kategorii 3 by to znamenalo 63 různých variantních tvarů a pro kategorii 4 = 72 různých variantních tvarů. Chápeme to prosím správně? Hodnota konsignace by dramaticky narostla, ale pokud to je medicínsky zdůvodnitelné, můžeme dostat potvrzení, že takto je to opravdu myšleno?

Vysvětlení, změna nebo doplnění k dotazu č. 4:

Zadavatel tímto potvrzuje, že předpoklad dodavatele je správný. Všechny vysoutěžené klece je nutné mít k dispozici ve všech požadovaných i nabízených velikostních, úhlových a výškových variantách.

Dotaz č. 5: Pro část 5

Zadavatel u části 5 požaduje minimálně 7 výšek implantátu, a to 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm. Bude zadavatel akceptovat výšky implantátu 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 mm?

Vysvětlení, změna nebo doplnění na dotaz č. 5:

Zadavatel tímto sděluje, že nebude akceptovat navrhované řešení. Ačkoliv ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 připustil změnu výšek implantátů, v tomto konkrétním případě takovou odchylku nepřipouští.

Vysvětlení, změna nebo doplnění na č. 6:

Zadavatel uvádí, že změny a upřesnění uvedené v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 mají pouze charakter upřesnění a dílčích úprav technických parametrů a nepředstavují podstatnou změnu zadávacích podmínek.

Z uvedeného důvodu zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Českých Budějovicích dne 27. 3. 2026

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek