

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6 ze dne 13. 4. 2026

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### Operační mikroskop pro oftalmologii

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**  
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva  
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01  
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 6. 2026 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2026-011278

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

**Dotaz č. 1:** Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č.3, se uvádí:

a/ "Součástí zobrazovacího systému pro zadní segment musí být 10x asférická čočka, držák těchto čoček do optické dráhy mikroskopu - vše opakovatelně sterilizovatelné. Zadavatel nebude akceptovat jednorázové čočky."

Dále je pak požadován v technické specifikaci, bod:

b/ "Ovládání zaostření zadního segmentu z nožního pedálu mikroskopu. Elektronický fokusační mechanismus bez nutnosti sterilizace.",

Sloučením výše uvedených bodů a/ a b/ došlo ke zúžení technické specifikace pouze na jednoho dodavatele systému zobrazení zadního segmentu. Takový systém není kompatibilní s žádným jiným dodavatelem mikroskopu, tudíž dojde k prioritizaci pouze jednoho dodavatele a diskriminaci dalších uchazečů.

*Dotaz: Akceptuje zadavatel možnost dodávky systému zobrazení zadního segmentu oka s resterilizovatelným elektronickým fokusačním mechanismem?*

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění k dotazu č. 1:**

Zadavatel konstatuje, že kombinace požadavků uvedených v bodě a/ a b/ zadávací dokumentace nemá za cíl omezit hospodářskou soutěž ani zvýhodnit konkrétního dodavatele. Požadavky byly stanoveny s ohledem na provozní potřeby zadavatele, požadovanou funkčnost systému a návaznost na stávající technické vybavení.

Zadavatel však současně připouští, že formulace uvedených požadavků může mít v praxi omezující dopad na okruh potenciálních dodavatelů.

Zadavatel souhlasí a akceptuje možnost dodávky systému zobrazení zadního segmentu oka s resterilizovatelným elektronickým fokusačním mechanismem.

**Dotaz č. 2:** Oční oddělení přešlo v nedávné době pod centrální sterilizaci, která po zkušenostech z jiných pracovišť, není zcela šetrná k nástrojům a jemnému vybavení oční mikrochirurgie. U skleněných čoček systému pro zobrazení zadního segmentu oka dochází často k mechanickému poškrábání povrchu vlivem opakované sterilizace a tím i znehodnocení kvality vizualizace zadního segmentu oka. Tyto problémy řeší zobrazovací systém zadního segmentu s jednorázovými čočkami.

*Dotaz: Trvá zadavatel na vyloučení technického řešení s jednorázovými čočkami i s přihlédnutím k předpokládané nutnosti častějších výměn cenově významně dražších resterilizovatelných čoček?*

**Vysvětlení, změna nebo doplnění k dotazu č. 2:**

Zadavatel na základě obdrženého dotazu uvádí, že se předloženou argumentací opětovně zabýval, včetně zohlednění provozních zkušeností s centrální sterilizací a potenciálních dopadů na životnost a kvalitu resterilizovatelných komponent.

Zadavatel však i nadále trvá na stanoveném požadavku uvedeném ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 23. 3. 2026, tj. že součástí zobrazovacího systému pro zadní segment musí být 10x asférická čočka a její držák do optické dráhy mikroskopu – vše opakovaně sterilizovatelné.

Zadavatel tedy nebude akceptovat technické řešení založené na jednorázových čočkách.

K tomuto rozhodnutí zadavatel přistupuje s ohledem na celkovou ekonomickou efektivitu provozu, dlouhodobé náklady a preferenci udržitelných řešení, přičemž uvedené aspekty považuje i nadále za rozhodující.

**Dotaz č. 3:** Vzhledem k nastalé globální situaci na trzích s možným výhledem potíží v dodavatelských řetězcích elektronických komponent může dojít také ke zpoždování výroby lékařských přístrojů.

*Dotaz: Bude zadavatel akceptovat v případě nemožnosti dodání nového přístroje do 60 dnů po podpisu smlouvy také bezplatné zapůjčení mikroskopu stejného předmětu plnění do doby dodání nového přístroje?*

**Vysvětlení, změna nebo doplnění k dotazu č. 3:**

Zadavatel bude v odůvodněných případech akceptovat, že v případě nemožnosti dodání nového přístroje do 60 dnů od podpisu smlouvy dodavatel bezplatně zapůjčí mikroskop odpovídajícího typu a parametrů, a to na dobu do dodání nového přístroje. Podmínkou je, aby zapůjčené zařízení plně vyhovovalo požadavkům předmětu plnění a bylo způsobilé k řádnému užívání.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění k dotazu č. 4:**

S ohledem na uvedené zadavatel konstatuje, že se jedná o změnu zadávací dokumentace, která může rozšířit či změnit okruh dodavatelů schopných podat nabídku, a proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 5. 2026 10:00 hodin.

V Českých Budějovicích dne 13. 4. 2026

Zdeňka Nigrinová  
oddělení veřejných zakázek