

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k VZ Statický RTG – Skiografie s vertigrafem,
ev. č. Z2019-011229**

Dotaz:

Zadavatel podle technické specifikace ZD požaduje:

- šířka desky min. 80 cm; délka desky min. 240 cm

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje renomovaného výrobce s velikostí desky stolu 216 x 83 cm při nosnosti až 320 kg (bez omezení)?

Odpověď:

Zadavatel VZ poptává skiografický přístroj nejvyšší třídy, u kterého je délka vyšetřovacího stolu 240 cm standardem.

Při průzkumu trhu obdržel nabídku od 4 dodavatelů, kteří tento parametr splňují.

Z výše uvedených důvodů Zadavatel trvá na parametru uvedeném v ZD – délka vyšetřovacího stolu 240 cm.

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
ředitel úseku zdravotní péče
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice a.s.