

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k VZ Statický RTG – Skiografie s vertigrafem,
ev. č. Z2019-011229**

Dotaz:

Zadavatel v technických specifikacích pro Vertigraf požaduje nejnižší polohu středu detektoru od podlahy max. 30 cm.

Námi nabízené řešení má střed detektoru dle technických listů 33,5 cm, ovšem v praxi to znamená, že detekční plocha je již ve výšce 12 cm nad zemí (hrana detektoru). Výška středu detektoru odpovídající tolerančnímu rozsahu $\pm 10\%$ je až 33 cm, námi nabízené řešení je tedy pouze o 0,5 cm nad požadovanou hodnotou.

Bude zadavatel akceptovat vertigraf s nejnižší polohou středu detektoru od podlahy ve výšce 33,5 cm, tedy pouze o 0,5 cm výše, než je toleranční rozsah zadavatele? Tento rozdíl je zanedbatelný a nemá žádný klinický význam.

Odpověď:

Zadavatel požaduje nejnižší polohu středu detektoru u vertigrafu max. 30 cm.

Tzn. jako maximální možnou hranici a nevztahuje se na ni proto toleranční pásmo $\pm 10\%$, jak si tazatel nesprávně vysvětluje. Při průzkumu trhu jsme obdrželi informace, že tento parametr splňují a přístroje nabízí nejméně 4 výrobci, či 4 dodavatelé na trhu v ČR.

Dotaz:

Zadavatel v technických specifikacích pro Rentgenku požaduje tepelnou kapacitu anody rentgenky min. 350 kHU, zatímco v Zadávací dokumentaci, kapitole 9 Hodnotící kritéria je požadována tepelná kapacita min. 300 kHU.

Domníváme se správně, že se jedná o administrativní chybu, a že zadavatel chtěl hodnotit tento parametr od hodnoty 350 kHU a výše?

Odpověď:

Zadavatel v příloze č 1 ZD - technické specifikaci uvádí požadavek na tepelnou kapacitu anody rentgenky 350 kHU. V důsledku písařské chyby je však uváděno v zadávací dokumentaci – část hodnocení nabídek nesprávně hodnota 300 kHU. Tímto se omlouváme, platná je samozřejmě hodnota uvedená v příloze č. 1 – Technická specifikace, tedy 350 kHU.

Objasnění této písařské chyby nemá vliv na rozšíření počtu možných uchazečů a zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
ředitel úseku zdravotní péče
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice a.s.