

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k VZ STŮL OPERAČNÍ MOBILNÍ /ELEKTRICKÝ POHON, PEVNÁ DESKA/ - 2 KS, ev. č. Z2019-017235

Dotaz:

Dotaz č. 1

Námi nabízené operační stoly renomovaného německého výrobce svým popisem odpovídají veškerým požadavkům zadavatele, až na, z pohledu medicínského účelu a použití, marginální funkcionality.

Zadavatel v popisu technické specifikace uvádí požadavek „možnost uložení min. 10 předvolených nastavení operačního stolu do paměti“. Námi nabízené op. stoly touto funkcí nedisponují, jelikož její praktické využití je z důvodu diametrální rozdílnosti pacientů i charakteristiky prováděných zákroků minimální, spíše nulové a v reálné praxi nevyužívané či nevyužitelné.

Bude zadavatel akceptovat nabídku operačních stolů bez této, v praxi nevyužívané funkce a umožní tím podat nabídku většímu počtu účastníků?

Odpověď:

Zadavatel nesdílí názor tazatele a uvádí, že na jeho op. sálech jsou rutinně využívány předvolená nastavení u moderních op. stolů, na kterých je možno uložit až 30 různých nastavení.

Zadavatel v ZD požaduje možnost uložení min. 10 předvolených nastavení, což je výrazně méně než u op. stolů, které již provozuje a nabízí je více výrobců.

Zadavatel trvá na svém požadavku - možnost uložení min. 10 předvolených nastavení

Dotaz:

Dotaz č. 2

Zadavatel v popisu technické specifikace uvádí požadavek „ovladač s displayem a komunikací v českém jazyce“. Dálkové ovladače námi nabízených op. stolů disponují v praxi nejvíce osvědčený způsob ovládání, a to ergonomická tlačítka pod pevnou fólií - grafické zobrazení aktuálně nastavovaných poloh stolu. Z čistě praktického hlediska je využití displeje k popisování v jakémkoliv jazyce zbytečně komplikované a nepřehledné a může docházet k nechtěnému použití jiného funkce.

Bude zadavatel akceptovat nabídku námi nabízených operačních stolů s výše popsány funkcemi ovladače, které splňují požadavky na medicínský účel a použití a umožní tím podat nabídku většímu počtu účastníků?

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku komunikace v českém jazyce.

Dotaz:

Dotaz č. 3

Dále zadavatel v popisu technické specifikace uvádí požadavek „operační stůl musí mít polohování do Trendelenburgové a antiTrendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 25°/35°“.

Námi nabízené op. stoly disponují rozsahem nastavení této polohy -30°/+30°. Tento rozsah je z pohledu operátora zcela dostatečný a díky poznatkům z praxe se dá jednoznačně říci, že takto malý rozdíl v možnosti nastavení úhlů je v reálné praxi neopodstatněný zanedbatelný.

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku, v současnosti jsou na jeho oper. sálech používány operační stoly s možností náklonu Trendlenburg/antiTrendelenburg - 45°/+45° a nabízí je více výrobců.

Požadované polohování 35° Antitrendelenburgovy polohy je nutné zejména u obézních pacientů v úvodu do anestezie, kde je tímto manévrem umožněna nejdelší apnoická perioda.

U extrémních obezit, kterých stále přibývá, je nutné pro zajištění optimální ventilace během anestezie provádět oper. Výkony i v této poloze, kde je takto zajištěna vyšší FRC.

U hypertoniků a preeklapsie či při srdečním selhání z jakýchkoliv příčin je nuto zákrok provést v max. možné antiTrendelenburgově poloze, při císařském řezu je tato poloha důležitá pro prevenci vzduchové embolie.

14. 6. 2019

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
ředitel úseku zdravotní péče
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice a.s.