

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Počítačový tomograf
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 14.06.2019

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Bude zadavatel akceptovat dodání moderního, rychlého a výkonného multidetektorového počítačového tomografu (CT), který vyhovuje požadovaným medicínským účelům zadavatele a splní technické požadavky v toleranci 10% od původních číselných parametrů?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat další rozšiřování tolerance technických parametrů. Tolerance je zohledněna uvedením minimálních, či maximálních hodnot, případně uvedením možného rozsahu číselných parametrů.

Dotaz č. 2

Může zadavatel upřesnit požadavek definovaný jako „detektory poslední generace pro nejlepší detekci záření“ například uvedením názvu očekávané technologie pro jednotlivé výrobce, tak aby byla tato podmínka jednoznačná pro všechny uchazeče?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodání nejmodernějšího CT detektoru daného dodavatele. Zadavatel nebude specifikovat konkrétní jednotlivé technologie možných výrobců. Detektor poslední generace pro nejlepší detekci záření je nejmodernější CT detektor každého jednotlivého dodavatele. Zadavatel nepožaduje zastaralé zařízení.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Koláčková