

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 3 ze dne 12. 7. 2019

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### **„Intravenózní kanyly pro Jihočeské nemocnice“**

Zadavatel: Jihočeské nemocnice, a.s.  
 Zastoupený: MUDr. Zuzanou Roithovou, předsedkyní představenstva  
 Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva  
 Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01  
 IČ: 260 93 804

Shora uveden zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „**Intravenózní kanyly pro Jihočeské nemocnice**“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 3.6.2019 a uveřejněný pod evidenčním číslem zakázky Z2019-018616.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

##### **Dotaz:**

Může zadavatel zrušit technický požadavek v části 1 jednorázové periferní intravenózní kanyly bezpečnostní u vybraných pol. viz ozn. červeně *\*Uzavřený systém s membránou, zabraňující zpětnému vytékání krve* nebo případně vyčlenit tyto položky do jiné samostatné skupiny?

| Název              | Port      | Uzavřený systém membránou | Velikost G | Délka v mm |
|--------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|
| anyla bezpečnostní | bez portu | ne                        | 16         | 50         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ne                        | 18         | 32         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ano                       | 18         | 32         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ne                        | 18         | 50         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ne                        | 20         | 25         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ano                       | 20         | 25         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ne                        | 20         | 32         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ano                       | 20         | 32         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ne                        | 22         | 25         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ano                       | 22         | 25         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ne                        | 24         | 19         |
| anyla bezpečnostní | bez portu | ano                       | 24         | 19         |
| anyla bezpečnostní | s portem  | ne                        | 14         | 50         |

##### **Odpověď:**

Zadavatel v části 1. Jednorázové periferní intravenózní kanyly trvá na požadavku - uzavřený systém s membránou, zabraňující zpětnému vytékání krve tak, jak byl nastaven ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 25.6.2019. Zadavatel nevylučuje možnost nabídnout kanyly od různých výrobců, jelikož na trhu je několik dodavatelů, kteří nabízejí kanyly jak

s membránou, tak i bez membrány, tudíž zadavatel nebude vyčleňovat položky do jiné samostatné skupiny. Z důvodu několika dodavatelů na trhu zadavatel tímto požadavkem neporušuje zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona.

V Českých Budějovicích dne 12. 7. 2019

Ing. Michaela Michalcová  
Veřejné zakázky – obchodní oddělení