

Uveřejněno na profilu zadavatele: 19. 7. 2019
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (11)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Oprávněná osoba: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 20. 6. 2019 pod evidenčním číslem Z2019-020763 a do Úředního věstníku EU a dále zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Žádost 11:

Dotaz č. 1:

	odpověď:	Příslušenství :
Sterilizátor PS 1	?	Zavážecí vozík do komory - kolik
	?	Transportní vozík - kolik
	?	Oplechování - Ano/ne

Sterilizátory PS	?	Zavážecí vozík do komory - kolik
	?	Transportní vozík - kolik
	?	Oplechování - Ano/ne
	?	Automatický zavážecí - vyvážecí systém - Ano/ne
	?	Systém pro vrácení zavážecích vozíků z čisté na nečistou stranu - ano/ne

Myčky MYP	?	Koše pro nástroje - kolik
	?	Koše pro laparo MIC nástroje - kolik
	?	Koše pro obuv -kolik
	?	Koše pro robot. Chirurg. Da-Vinci - kolik
	?	Automatický systém pro zavážení/vyvážení košů z myček - kolik
	?	Systém pro vrácení mycích košů z čisté na nečistou stranu - kolik
	?	Transportní vozíky -počet ks

Myčka MY3K	?	Automatické vyvážecí / navážecí zařízení - Ano/ne
	?	Transportní vozíky-počet ks
	?	Typy mycích košů a počet (kompatibilní s WD 290)
	?	Oplechování - Ano/ne

Myčka vozíků MYV	?	Oplechování - Ano/ne
------------------	---	----------------------

Úpravna vody	?	Bez změkčovače? Jaká kapacita reverzní osmózy? (Může být např. definována pokrytím spotřeby všech strojů současně s přihlédnutím na rezervu)
Centrální dávkování chemie	?	Není uvedeno v zadávací dokumentaci. Bývá požadováno pro všechny přístroje. - Ano/Ne
Jsou součástí stavby úkony jako je validace?	?	
Jsou všechny položky příslušenství součástí stavby, nebo budou dokupovány dodatečně?	?	

Odpověď zadavatele:

	odpověď:	Příslušenství :
Sterilizátor PS 1	2	Zavážecí vozík do komory - kolik
	2	Transportní vozík - kolik
	Ano, ale je předmětem samostatného ocenění spolu s oplechováním ostatních sterilizátorů - viz položka soupisu prací č. 361 (SO01-SO02, D.1.1-2)	Oplechování - Ano/ne

Sterilizátory PS	8	Zavážecí vozík do komory - kolik (pro každý sterilizátor 2 ks, celkem tedy pro čtyři sterilizátory PS uvedených 8 ks)
	8	Transportní vozík - kolik (pro každý sterilizátor 2 ks, celkem tedy pro čtyři sterilizátory PS uvedených 8 ks)
	viz sterilizátor PS1	Oplechování - Ano/ne
	Ne - není součástí dodávky, ale sterilizátor musí jeho případné pozdější připojení umožňovat	Automatický zavážecí - vyvážecí systém - Ano/ne
	Ano - 1 krát společný pro	Systém pro vrácení zavážecích vozíků z čisté na nečistou stranu - ano/ne

	všechny sterilizátory	
Myčky MYP	12	Koše pro nástroje - 12 ks je celkový počet pro všechny myčky MYP
	8	Koše pro laparo MIC nástroje - 8ks je celkový počet pro všechny myčky
	0	Koše pro obuv -kolik
	2	Koše pro robot. Chirurg. Da-Vinci - 2 ks je celkový počet pro všechny myčky
	Není součástí dodávky - ale myčka bude umožňovat jeho pozdější připojení	Automatický systém pro zavážení/vyvážení košů z myček - kolik
	1 (společný pro všechny typy prokládacích myček)	Systém pro vrácení mycích košů z čisté na nečistou stranu - kolik
	12	Transportní vozíky-12 ks je celkový počet pro všechny myčky MYP
Myčka MY3K	Není součástí dodávky - ale myčka bude umožňovat jeho pozdější připojení	Automatické vyvážecí / navážecí zařízení - Ano/ne
	3	Transportní vozíky
	6 ks pro nástroje a 4 ks pro laparo MIC nástroje	Typy mycích košů a počet (nemusí být kompatibilní s WD 290, ale mají být kompatibilní s myčkou výše uvedenou MYV)
	Ano, ale je předmětem samostatného ocenění spolu s oplechováním všech ostatních myček - viz položka soupisu prací č. 360 (SO01-SO02, D.1.1-2)	Oplechování - Ano/ne
Myčka vozíků MYV	?	Oplechování - Ano/ne
Úpravna vody	?	Bez změkčovače? Jaká kapacita reverzní osmózy? (Může být např. definována pokrytím spotřeby všech strojů současně s přihlédnutím na rezervu)
Centrální dávkování chemie	Ano, ale je již uvedeno v zadávací dokumentaci -	Není uvedeno v zadávací dokumentaci. Bývá požadováno pro všechny přístroje. - Ano/Ne

	jedná se o položku č. 13 v soupise prací, část PS 02	
Jsou součástí stavby úkony jako je validace?	Pokud jsou potřebné pro zprovoznění konkrétního zařízení, tak samozřejmě ano	
Jsou všechny položky příslušenství součástí stavby, nebo budou dokupovány dodatečně?	Kromě výše uvedených bude všechno ostatní příslušenství technologického vybavení pořízeno samostatně	

.....
za správnost Jana Kobělušová