



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 6
ze dne 1. 8. 2019

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Intravenózní kanyly pro Jihočeské nemocnice“

Zadavatel: Jihočeské nemocnice, a.s.
Zastoupený: MUDr. Zuzanou Roithovou, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 93 804

Shora uveden zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „**Intravenózní kanyly pro Jihočeské nemocnice**“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 3.6.2019 a uveřejněný pod evidenčním číslem zakázky Z2019-018616.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci, část 2., požaduje kanylu 26G, fialová, délka 19mm, fixační křídla a materiál PUR (polyuretan). Bude zadavatel u této položky akceptovat materiál katetru PTFE, při splnění všech dalších parametrů?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat materiál katetru PTFE.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Kdy a kam se mají poslat vzorky?

Odpověď:

Zadavatel požaduje odeslat vzorky na jméno: Michaela Michalcová – obchodní oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01. Krabici se vzorky označit názvem a částí veřejné zakázky a napsat VZORKY k VZ – NEOTVÍRAT.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Z důvodu změny zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku, tedy z 8. 8. 2019 na 5. 9. 2019 v 10:00 hod. Způsob podání nabídek je nezměněn.

V Českých Budějovicích dne 1. 8. 2019

Ing. Michaela Michalcová
Veřejné zakázky – obchodní oddělení