



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 1
ze dne 30. 8. 2019

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„ORTOPEDICKÉ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE“

Zadavatel: Jihočeské nemocnice, a.s.
Zastoupený: MUDr. Zuzanou Roithovou, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 93 804

Shora uveden zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „ORTOPEDICKÉ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2019-029079, který byl dne 20. 8. 2019 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci a v příloze č.2 Specifikace a soupis dodávek – ceník je zpracován detailní rozpis požadovaných sestav implantátů pro část 1 s uvedením počtu ks pro zpracování a předložení nabídkové ceny. V příloze č.2 Specifikace a soupis dodávek – ceník je pro část 2 rameno – uveden pouze obecný název – modulární systém náhrady ramenního kloubu. Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje modulární systém, který má umožňovat následující sestavy (viz. zadávací dokumentace) :

- anatomickou totální náhradu ramenního kloubu, možnost hemiarthroplastiky, plně modulární systém
- bezdrátkovou náhradu ramenního kloubu
- reverzní totální náhradu
- povrchovou náhradu
-

vznášíme následující dotaz :

Z kalkulovaných 180 ks za 48 měsíců jaký je počet :

- anatomické totální náhrady ramenního kloubu
- bezdrátkové náhrady ramenního kloubu
- reverzní totální náhrady
- povrchové náhrady

Tento dotaz vznášíme z toho důvodu, aby při modularitě systému, který požadujete došlo k objektivnímu nacenění jednotlivých sestav a celkové nabídky do této VZ a nedošlo ke zkreslení a neobjektivnímu hodnocení nabídkové ceny.

Odpověď:

Zadavatel upravil rozdělení náhrad ramenních kloubů na 4 skupiny ramenních kloubů a uvedl počty předběžně plánovaných odběrů za 48 měsíců. Zadavatel upravil přílohu s názvem P2ZD_Specifikace_soupis_dodavek_cenik, ve které v části 2 rozdělil na 4 skupiny ramenních kloubů a poskytuje ji účastníkům jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 na profilu zadavatele pod názvem: Upravena_P2ZD_Specifikace_soupis_dodavek_cenik_ze_dne_30_8_19, kterou účastníci ocení. Nepředložení aktuální přílohy povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel sděluje prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 20.9.2019 v 10:00 hod na 24.9.2019 v 10:00 hodin, přičemž způsob podání nabídek je nezměněn.

V Českých Budějovicích dne 30. 8. 2019

Ing. Michaela Michalcová
Veřejné zakázky – obchodní oddělení

Příloha:

Upravena_P2ZD_Specifikace_soupis_dodavek_cenik_ze_dne_30_8_19