

Technická specifikace pro 2 ks systémových operačních stůlů

Mobilní systémový elektromechanický operační stůl s výměnnou pracovní deskou a příslušenstvím.

Oba musí obsahovat: 1x základnu,
2x pracovní desku 5ti segmentovou,
2x elektricky výškově stavitelný transportér operačních desek.

ZÁKLADNA

Elektrické ovládání zdvihu a vyklápění pracovní desky kolem dvou os. Celkový zdvih 400 mm +/-10%, Trendelenburg-antitrendelenburg min. 30°,

Laterální vyklápění min. 20°.

Zdvih pracovní desky v min. rozsahu 660 až 1060 mm (bez čalounění).

Stůl musí být vybavený akumulátory pro provoz na bezpečné napětí, a to nezávisle na síti a integrovanou nabíječkou.

Bateriový operační stůl s výdrží akumulátoru min. 7 dnů při obvyklém zatížení stolu. Signalizace stavu akumulátorů.

Ovládání elektrických pohybů pomocí dálkového ovladače a záložního ručního ovladače. Možnost uživatelem zaprogramovat polohy dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou (včetně nulové polohy).

Mobilita zajištěna v základně integrovanými kolečky (chráněny krytem před znečištěním). Aretace stolu jedním pohybem.

Nerezový kryt základny OP stolu.

Nosnost stolu min. 180 kg ve všech polohách. Nosnost 220 Kg ve statickém stavu

PRACOVNÍ DESKA

Minimálně pětisegmentová pracovní deska – nožní segmenty (L+P), středový, zádový a hlavový segment.

Zádový segment elektromotoricky výklopný min. +55° / -35°.

Plně odnímatelné nožní segmenty, výklopné kolem horizontální i vertikální osy.

Rozsah vyklápění nožních segmentů: kolem vertikální osy 0°- 90°, kolem horizontální osy +30° až - 90°. Hlavový segment odnímatelný, výsuvný v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výklopný, výškově stavitelný rovnoběžně s pracovní deskou a stranově stavitelný v celé šířce pracovní desky.

TRANSPORTÉR PRACOVNÍCH DESEK

Elektricky výškově stavitelný transportér pracovních desek s brzděnými kolečky. Napájení z akumulátorů s integrovanou nabíječkou. Ovládání zdvihu ručním ovládačem.

Další příslušenství pro stůl č. 1:

1x Oddělovací rámek pro anestézii

1x Opěrka ruky infuzní

1x Opěrka ruky infuzní polohovatelná

1x Poutací pás pro závěs ruky

2x Kurt na fixaci těla

2x Poutací pás pro opěrku ruky

1x Boční opěrka stavitelná

1x Opěrka ramen (pár)

1x Stojan na příslušenství

1x Stolek pod ruku pro operaci ruky

1x Polohovatelné opěrky nohou označované jako „americké botičky“ (například typ PAL-PRO)

2x Kroužek pod hlavu

Další příslušenství pro stůl č.2:

1x Oddělovací rámek pro anestézii

1x Opěrka ruky infuzní

1x Opěrka ruky infuzní polohovatelná

1x Poutací pás pro závěs ruky

2x Kurt na fixaci těla

2x Poutací pás pro opěrku ruky

1x Boční opěrka stavitelná

1x Opěrka ramen (pár)

1x Stojan na příslušenství

1x Stolek pod ruku pro operaci ruky

1x pár gynekologických opěrek nohy označované jako SCHAUT

2x Kroužek pod hlavu