

Uveřejněno na profilu zadavatele:

6. 9. 2019

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Operační stoly

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na **dodávku operačních stolů**, a to zveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Dotaz č. 1:

Zasíláme vám, žádost o vysvětlení. V zadávací dokumentaci je požadováno: V technické specifikaci pro 2 ks systémových operačních stolů je pro TRANSPORTÉR PRACOVNÍCH DESEK požadavek na: Elektricky výškově stavitelný transportér pracovních desek s brzděnými kolečky. Napájení z akumulátorů s integrovanou nabíječkou. Ovládání zdvihu ručním ovládačem. **Dotaz:** Bude zadavatel akceptovat transportér pracovních desek ruční, hydraulický, výškově stavitelný s Trendelenburgem a antiTrendelenburgem, který splňuje medicínský účel a je zároveň mnohem jednodušší pro údržbu a bezproblémový provoz? Námi nabízený operační stůl s transportérem desek komunikuje pomocí 4 čidel, které umožňují plně automatický provoz a zároveň rozpoznává, zda bude vozík odvážen celý stůl nebo pouze desku. Navíc máme tyto vozíky ve dvou modifikacích. Longitudiální – navážení ve směru hlava-nohy nebo na prostor mnohem méně náročnější laterální (navážení boční - zleva nebo zprava).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na zadání popsaném v technické specifikaci, tedy na elektricky výškově stavitelných transportérech pracovních desek s brzděnými kolečky. Hydraulickou verzi transportéru nebude zadavatel akceptovat.

.....
za správnost Jana Kobělušová