

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k VZ Centrifuga 3 ks, ev. č. Z2019-034051

Dotaz:

V technické specifikaci zadavatel specifikuje kapacitu rotoru:

čtyřmístný výkyvný rotor, závěsy a adaptéry pro zkumavky – celkem 78 zkumavek o velikosti 13x75-100 mm)

Počet 78 není dělitelný čtyřmi, a proto není možné mít 4-místný rotor s celkovou kapacitou 78 zkumavek.

Je ovšem možné nabídnout centrifugu splňující všechny požadavky s kapacitou 76 zkumavek (o průměru 13 mm a délce 75-100 mm).

Bude zadavatel toto řešení akceptovat?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje kapacitu centrifugy 76 zkumavek.

Uvedený počet je v toleranci +/- 10 % dle bodu 7.3.1 Zadávací dokumentace

V Českých Budějovicích 3. 10. 2019

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
ředitel Úseku ostatních zdravotnických oborů
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice a.s.