

### **Technická specifikace**

Zadavatelem stanovené minimální požadavky na předmět plnění jsou podmínkou zadavatele pro účast ve výběrovém řízení k zakázce č.05/09/2019/ZT „Dodávka lůžek pro Nemocnici Tábor, a.s.“ Účastník vyplní ve sloupci „Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE“ ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). V případě potřeb účastník do sloupce uvede i poznámku k technické specifikaci.

Požadovaná technická specifikace		
Požadované zboží vč. bližší specifikace	Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE	Poznámka
<b>Lůžko standardní- 60 ks</b>		
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad		
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka		
vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná pracovní zátěž minimálně <b>230kg</b>		
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta		
manuální polohovatelnost lýtkového dílu minimálně ve 3 krocích		
čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů		
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta		
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm		
mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)		
kompaktní (velmi snadno čistitelná) plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů		
kompaktní (velmi snadno čistitelné) plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním shora (na nebo nad úroveň ložné plochy), možnost výběru barevných dekorů		
plynulé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokadí spuštění při zatížení pacientem zevnitř		
ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování		
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm		
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství		
výsuvná/sklopná polička na lůžkoviny		
ochranná kolečka v rozích lůžka		
svod elektrického potenciálu		

bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený napájecí přívodní kabel		
minimálně jedno kolečko antistatické		
<b>Požadovaná technická specifikace</b>		
<b>Požadované zboží vč. bližší specifikace</b>	<b>Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE</b>	<b>Poznámka</b>
<b>Příslušenství</b>		
koš na bažanta - 55 ks		
dodatečný díl postranice pro pokrytí celé délky - v páru k 40 lůžkům		
výběr ze široké škály barev pro čela a postranice – min. světle modrá, tyrkysová, oranžová a zelená barva (již zavedené barevné odlišení oddělení) - do nabídky nutné předložit vzorník barev		

V ..... dne .....

.....

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat