

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k VZ Centrifuga 3 ks, ev. č. Z2019-034051

Dotaz:

Mám dotaz k požadavku na minimální odstředivou sílu 5000 xg. Vztahuje se tento požadavek k centrifuze nebo výkyvnému rotoru.

Odpověď:

Požadavek na odstředivou sílu 5000 xg se vztahuje na výkyvný rotor, který je Zadavatelem požadován - viz příloha č. 1. ZD první věta.

V Českých Budějovicích 11. 10. 2019

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
ředitel Úseku ostatních zdravotnických oborů
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice a.s.