

Věc :

Dotazy a odpovědi K Veřejné zakázce :

**“MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II – Přístroj magnetická rezonance 3,0 T
VZ 404 392**

Zadavatel obdržel dne 5.3.2015 od společnosti **Philips Česká republika**, s r.o., Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 k výše uvedené veřejné zakázce **následující dotazy** :

V Praze dne 5. 3. 2015

Věc: Žádost o dodatečné informace

Vážený pane Kubče,

obracím se na Vás v zastoupení obchodní společnosti Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Praha 8, PSČ 186 00 , IČ: 639 85 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 38206, s následujícími.

V souvislosti se zadáním otevřeného zadávacího řízení s názvem „ „MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. II - PŘÍSTROJ MAGNETICKÁ REZONANCE 3,0 T nám nejsou zřejmé některé ze zadávacích podmínek Zadávacího řízení. Proto v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto podáváme žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám Zadávacího řízení. Tyto dotazy vyplývají z uskutečněné prohlídky místa plnění, která se konala dne 3. 3. 2015.

V souvislosti se zadáním otevřeného zadávacího řízení s názvem „ „MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. II - PŘÍSTROJ MAGNETICKÁ REZONANCE 3,0 T nám nejsou zřejmé některé ze zadávacích podmínek Zadávacího řízení. Proto v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto podáváme žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám Zadávacího řízení. Tyto dotazy vyplývají z uskutečněné prohlídky místa plnění, která se konala dne 3. 3. 2015.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci a také ani v její příloze není specifikováno, že uchazeč má zajistit a na své náklady provést stavební práce spojené s potřebnou úpravou transportní cesty pro umožnění odvozu stávajícího systému MR k likvidaci a zároveň provést také stavební práce spojené s úpravou transportní cesty pro umožnění návozu nového systému MR. Předpokládáme, že veškeré služby, respektive stavební práce, s tímto spojené zajistí a na své náklady provede zadavatel ?

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci a také ani v její příloze není specifikováno, že uchazeč má zajistit a na své náklady provést stavební práce spojené s potřebnou úpravou pro umožnění instalace vodního chladicího systému MR, který bude dodávat uchazeč. Předpokládáme, že veškeré služby, respektive stavební práce, s tímto spojené zajistí a na své náklady provede zadavatel ?

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci a také ani v její příloze není specifikováno, že uchazeč má zajistit a na své náklady provést práce spojené s potřebnou úpravou stávajícího řešení rozvodů a jednotky VZT. Předpokládáme, že veškeré služby s tímto spojené zajistí a na své náklady provede zadavatel ?


Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci a také ani v její příloze není specifikováno, že uchazeč má zajistit a na své náklady provést práce i stavební práce spojené s potřebnou úpravou napájecího přívodního kabelu a jeho jištění, který bude napojen do rozvaděče technologie dodávaného uchazečem do technické místnosti magnetické rezonance. Předpokládáme, že veškeré služby s tímto spojené zajistí a na své náklady provede zadavatel ?

Předem děkuji za zaslání odpovědí a dodatečných informací, jež povedou k vyjasnění shora uvedených nejasností.

S pozdravem,

Petr Svoboda
Project Manager



Philips Česká republika s.r.o.
Philips Healthcare

Philips Česká republika s.r.o.
Philips Healthcare
Rohanské nábřeží 678/23
186 00 Praha 8
IČO: 63985306, DIČ: CZ63985306

Příloha: Zplnomocnění k jednání



Odpovědi na dotazy 1 až 4 :

Na všechny dotazy odpovídá Zadavatel kladně, tedy že budou zajištěny a uhrazeny zadavatelem viz Kupní smlouva bod 8.2 !!!

- **Stavební práce spojené s transportem staré i nové MR do vyšetřovny**
- **Stavební práce pro instalaci vodního chladicího systému MR**
- **Služby spojené s úpravou stávající jednotky VZT**
- **Stavební práce na přívodu elektr. energie do technologického rozvaděče**

Zpracoval :

Kubec Vladimír, kontaktní osoba zadavatele

Tel. 720 402 470

kubec@nemcb.cz

Souhlasí :

MUDr. Novák Jaroslav, MBA – místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.