

Věc :

Dotazy a odpovědi K Veřejné zakázce :

Název : "Obnova přístrojového vybavení radiodiagnostického centra Nemocnice České Budějovice a.s. II"

**VZ 404390**

Zadavatel obdržel k této veřejné zakázce :

**následující dotaz :**

## PHILIPS

Nemocnice České Budějovice, a.s.  
B. Němcové 585/54  
370 01 České Budějovice  
Česká republika

k rukám MUDr. Jaroslava Nováka, MBA, a pana Vladimíra Kubce

Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám otevřeného zadávacího řízení s názvem „OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ RADIODIAGNOSTICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. II“, uveřejněného na IS VZ pod evidenčním číslem zakázky 404390

Vážení,

obracíme se na vás v zastoupení obchodní společnosti Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 639 85 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38206 (dále jen "Philips" nebo "my"), s následujícími.

Shora nadepsaný zadavatel vyhlásil otevřené zadávací řízení s názvem „OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ RADIODIAGNOSTICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. II“, jež bylo uveřejněno na IS VZ dne 3. 4. 2015 pod evidenčním číslem zakázky 404390 (dále jen "Veřejná zakázka" a "Zadávací řízení").

Jelikož nám nejsou zřejmé některé ze zadávacích podmínek Zadávacího řízení, v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "ZVZ"), tímto podáváme žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám Zadávacího řízení.

I. DOTAZ Č. 1

Předmět dotazu:

Zadavatel v Příloze č. 1 technické specifikace požaduje pro 1) Přístroj RTG skiografický digitální s 2 detektory tepelnou kapacitu anody 600kHU. Chladicí výkon a celková tepelná kapacita RTG zářiče není definována.



# PHILIPS

Dotaz:

Splní uchazeč podmínky uvedené v ZD, pokud nabídne výkonný, vysokoobrátkový RTG zářič s tepelnou kapacitou anody 300 kWh a vysokým chladícím výkonem, zabezpečujícím celkovou tepelnou kapacitu zářiče 2,3 MHU ?

Předem děkujeme za zaslání odpovědi a dodatečných informací, jež povedou k vyjasnění shora uvedených nejasností a nesrovnalostí.

V Praze dne 7. 5. 2015



Jaroslav Dyčka, jednatel,  
za Philips Česká republika s.r.o.



Jiří Tourek, jednatel,  
za Philips Česká republika s.r.o.

**Philips Česká republika s.r.o.**  
Rohanské nábřeží 678/23  
186 00 Praha 8  
IČO: 63985306, DIČ: CZ63985306  
®

PŘÍLOHA: Výpis z obchodního rejstříku Philips

## Odpověď na dotaz :

Pokud uchazeč nabídne RTG přístroj s tepelnou kapacitou anody rentgenky 300 kWh a zároveň bude dodržena celková tepelná kapacita zářiče min. 2,2 MHU jak uvádí tazatel, je toto technické řešení pro Zadavatele akceptovatelné .

12.5.2015

Zpracoval :

Kubec Vladimír, kontaktní osoba zadavatele

Tel. 720 402 470

[kubec@nemcb.cz](mailto:kubec@nemcb.cz)

Souhlasí :

MUDr. Novák Jaroslav, MBA – místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.