

Věc :

Dotazy a odpovědi K Veřejné zakázce :

Název : "Obnova přístrojového vybavení radiodiagnostického centra Nemocnice České Budějovice a.s. II"

VZ 404390

Zadavatel obdržel k této veřejné zakázce :

následující dotaz :



Prodej a servis zdravotnické techniky

Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 016 47 580

S.r.o.

Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Jaroslav Novák

B. Němcové

370 01 České Budějovice

e-mail: sekretariat@nemcb.cz

Dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Obnova přístrojového vybavení radiodiagnostického centra České Budějovice“ zveřejněná pod ev. číslem 404390.

Vážení,

po prostudování zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce nám vznikla určitá nejasnost. Máme tento doplňující dotaz k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

Pasáž v ZD: str. 3 ZD Příloha č.1 Tech. specifikace - „Přístroj RTG skiografický digitální“

Nejasnost se týká parametru: Expoziční čas

Zadavatel definuje svůj požadavek na krátké expoziční časy požadovanou minimální hodnotou na úrovni „ < 0,4 ms “. Takový požadavek je ale velmi neobvyklý, protože výrobci ve svých technických či katalogových listech téměř vždy uvádějí tento parametr s rozlišením na jednotky msec a ne desetin msec. Předpokládáme tudíž, že se jedná o administrativní chybu – překlep, a že minimální požadovaná hodnota je ve skutečnosti „ < 0,004 s “.

Mohl by Zadavatel laskavě potvrdit, že naše domněnka je správná?

Za dotazovatele:

Jan Hamadej

jednatel

+420 603 867 664

jan.hamadej@exray.cz

V Novém Strašecí dne 9. května 2015

Odpověď na dotaz :

Parametr expoziční čas: < 0,4 ms skutečně požadujeme. V současnosti provozujeme RTG přístroje s takto krátkým expozičním časem, určeným pro snímkování pediatrických pacientů nejnižších hmotnostních kategorií.

12.5.2015

Zpracoval :

Kubec Vladimír, kontaktní osoba zadavatele

Tel. 720 402 470

kubec@nemcb.cz

Souhlasí :

MUDr. Novák Jaroslav, MBA – místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.