

Věc :

Dotazy a odpovědi K Veřejné zakázce s názvem "Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice České Budějovice, a.s. – PET/CT scanner s příslušenstvím evid. Č. ve VVZ - 404456

Tazatel :

Canberra – Packard s.r.o., Šultysova 37, 169 00 Praha 6

**Dotaz č. 1:**

Požaduje zadavatel dodání dvou technologicky rozdílných, ale funkčně 100% zastupitelných systémů pro automatické rozplnění a aplikaci radiofarmak, tj. jeden systém specifikovaný v částech 2., 3., 4. a druhý systém specifikovaný v části 5. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická specifikace?

Odpověď: Ano

Odůvodnění: Požadovány jsou dva systémy rozplňování a aplikace radiofarmak, aby byla za každých provozních okolností (dodávka více radiofarmak, servis, porucha,...) zajištěn bezproblémový provoz PET/CT pracoviště. Zadavatel volí jeden systém integrující rozplňování a aplikaci (část 5. Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace Technická specifikace), od kterého očekává zejména provozní jednoduchost, protože však jde o technologicky složitá zařízení, volí zadavatel jako druhý systém technologicky jednoduchý komplet (část 2., 3., 4. Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace Technická specifikace), avšak splňující všechna náročná kritéria definovaná v technické specifikaci.

**Dotaz č. 2:**

Který ze systémů, popsaných výše v dotazu č. 1, bude používán jako hlavní, a který pouze jako záložní?

Odpověď: V provozu je počítáno s oběma systémy.

Odůvodnění: K častějšímu použití je zamýšlen integrovaný systém (část 5. Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace Technická specifikace), ale širší použití je očekáváno u kompletu samostatné rozplňovací stanice a aplikační stanice (část 2., 3., 4. Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace Technická specifikace). U radiofarmaka 18-FDG musí být oba systémy plně zastupitelné, zamýšleno je častější využití integrovaného systému. U ostatních radiofarmak je plánováno používání kompletu samostatné rozplňovací stanice a aplikační stanice.

V Českých Budějovicích : 27.7.2015

Zpracoval :

Kubec Vladimír, kontaktní osoba zadavatele

Tel. 720 402 470

[kubec@nemcb.cz](mailto:kubec@nemcb.cz)

Souhlasí :

MUDr. Novák Jaroslav, MBA – místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.