

Dotazy a odpovědi k veřejné zakázce „MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. - PET / CT scanner s příslušenstvím", ev. č. VZ 404 456

1. V zadávací dokumentaci je v položce 78 požadován celkový počet stínících kontejnerů na PET radiofarmaka 3 kusy. Zároveň jsou v položce 79 požadovány 2 kusy transportních obalových souborů typu "A", které jako součást obsahují stínící kontejnery pro PET radiofarmaka. Automatická rozplňovací stanice Lynax obsahuje jako součást zařízení 2 ks stínících kontejnerů pro pro PET radiofarmaka. Pokud by Lynax s.r.o. uspěl ve výběrovém řízení, bylo by tedy dodáno celkem 5 kusů těchto kontejnerů, což pro provoz PET centra není nezbytně nutné. Prosím o vyjádření, zda požadovaný počet stínících kontejnerů může být modifikován.

Odpověď:

5 stínících kontejnerů je skutečně zbytečně vysokým počtem. Zadavatel doposud počítal se 4 kontejnery (v ZD předpokládal dodání jednoho kontejneru s rozplňovací stanicí, další 3 samotné kontejnery, obalové soubory očekával bez kontejnerů). Pokud tedy samotná rozplňovací stanice standardně obsahuje 2 kontejnery a další dva kontejnery jsou standardní součástí požadovaných transportních obalových souborů (položka 79), jsou právě tyto 4 kontejnery zcela vyhovující požadavku zadavatele a další kontejnery nejsou potřebné.

2. V zadávací dokumentaci jsou v položce 78 požadovány 3 kusy wolframových stínění na stříkačku 3ml. Obdobná PET centra, jako je budované PET centrum v Nemocnici České Budějovice, mají obvykle ve svém vybavení minimálně 5 kusů těchto stínění. Důvody jsou provozní, zejména požadavky radiační hygieny s ohledem na možné krátkodobé zamoření těchto stínění a potřeba aplikovat pacienty v rychlém časovém sledu.

Odpověď:

Požadované 3 kusy wolframových stínění na stříkačku 3 ml jsou z pohledu zadavatele minimálním akceptovatelným počtem. Pokud se dodavatel rozhodne dodat 5 kusů tohoto stínění, bude to zadavatelem akceptováno.